



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Τηλ. : 26413-61226

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ, 29/02/2024

Αρ. Πρωτ. 3201

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: - 2024

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η αρ. 9^η/21-02-2024 θέμα 5^ο απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 574/08-02-2024 με ΑΔΑ: 92ΜΙ46904Μ-ΜΨΜ ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α / Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙ Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙ Ο	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΦΠ Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	4586	28/3/2023	Εγκατάσταση δύο ηλεκτρολογίων θυρών στον χώρο της Αιμοδοσίας	2	750,00 €	1.500,00 €	24 %	1.860,00 €	0879ΑΝ
2	6096	21/4/2023	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	1	900,00 €	900,00 €	24 %	1.116,00 €	1413ΑΝ
3	13269	19/9/2023	Προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του ΔΙΕΚ-Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών	1	200,00 €	200,00 €	24 %	248,00 €	1439ΑΝ
4	13875	28/9/2023	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 'της Καρδιολογικής Κλινικής	1	380,00 €	380,00 €	24 %	471,20 €	1413ΑΝ
5	14062	2/10/2023	Προμήθεια λαμπτήρων για τον οδο φωτισμό του παλαιού Νοσοκομείου	30	5,00 €	150,00 €	24 %	186,00 €	1429ΑΝ

6	16485	10/11/2023	Προμήθεια περιχειρίδων για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GE DINAMAP V100 της Παθολογικής Κλινικής	6	30,00 €	180,00 €	24 %	223,20 €	1439AN
7	16483	10/11/2023	Προμήθεια αισθητήρα οξύμετρίας για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GE DINAMAP V100 της Ουρολογικής Κλινικής	1	240,00 €	240,00 €	24 %	297,60 €	1439AN
8	16788	16/11/2023	Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών χειρουργικών προβολέων στις αίθουσες 3 & 5 των Χειρουργείων, των Επειγόντων και των ΤΕΙ	1	1.800,00 €	1.800,00 €	24 %	2.232,00 €	1439AN
9	18464	14/12/2023	Προμήθεια εξαρτημάτων για την ορθή λειτουργία του σωληνωτού ταχυδρομείου	1	1.800,00 €	1.800,00 €	24 %	2.232,00 €	1429AN
10	18500	15/12/2023	Δαπάνη για την στήριξη των πάνελ στο επίπεδο +5 του κτιρίου Α5 του Νοσοκομείου.	1	1.600,00 €	1.600,00 €	24 %	1.984,00 €	1429AN
11	108	4/1/2024	Δαπάνη για προμήθεια ανταλλακτικών- εξαρτημάτων πυροσβεστικών σταθμών και φωλεών	1	7.700,00 €	7.700,00 €	24 %	9.548,00 €	1429AN
12	126	4/1/2024	Δαπάνη για προμήθεια τροφοδοτικών για ηλεκτρονικά οξύμετρα- πιεσόμετα DINAMAP V100 GE του ΤΕΠ	2	150,00 €	300,00 €	24 %	372,00 €	1439AN
13	183	5/1/2024	Προμήθεια περιχειρίδων για DINAMAP V100 GE του ΤΕΠ	1	200,00 €	200,00 €	24 %	248,00 €	1439AN
14	238	8/1/2024	Προμήθεια νεογνικών αισθητήρων οξύμετρίας για τις ανάγκες της Μ+Γ Κλινικής	3	116,67 €	350,00 €	24 %	434,00 €	1439AN

15	355	9/1/2024	Δαπάνη για την προμήθεια φλαντζών στεγανοποίησης υγραντήρων των επιτοίχιων ροόμετρων των κλινικών	100	2,20 €	220,00 €	24 %	272,80 €	1439AN
16	431	10/1/2024	Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτήματος για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GR DINAMAP V100 του ΤΕΠ	1	100,00 €	100,00 €	24 %	124,00 €	1439AN
17	667	15/1/2024	Προμήθεια ηλεκτροβάνας για τη Κλιματιστική Νο7	1	186,00 €	186,00 €	24 %	230,64 €	1439AN
18	685	15/1/2024	Προμήθεια ηλεκτροβανών για τις πλύσεις ιατρών του Μαιευτηρίου	6	120,00 €	720,00 €	24 %	892,80 €	1439AN
19	840	17/1/2024	Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση ενός σετ βάσης στήριξης άνω καπακιών χειρουργικής τραπέζας OPT ASSO των Χειρουργείων	1	1.000,00 €	1.000,00 €	24 %	1.240,00 €	1439AN
20	1244	24/1/2024	Προμήθεια εξαρτημάτων για τα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων της ΜΕΘ	5	200,00 €	1.000,00 €	24 %	1.240,00 €	1439AN
			ΣΥΝΟΛΟ			20.526,00 €		25.452,24 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 25.452,24 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/03/2024 ΩΡΑ 12:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - β) Κωδικός είδους εταιρείας
 - γ) Κωδ. Κατασκευαστή
 - δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - ε) REF Number
 - στ) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:
 - Α) Οικονομική προσφορά,
 - Β) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
 - Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότηρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει

εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή

- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Εγκατάσταση δύο ηλεκτρολογίων θυρών στον χώρο της Αιμοδοσίας.

Για την εγκατάσταση δύο ηλεκτρολογίων θυρών στον χώρο της Αιμοδοσίας.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν:

Αποξήλωση παλαιών κλειδαριών και πόμολων σε δύο θύρες της αιμοδοσίας. Οι θύρες είναι κατασκευασμένες η μία από αλουμίνιο (εξωτερική) και η έτερη από ξύλο (εσωτερική).

Θα γίνει εγκατάσταση δύο συσκευών ηλεκτρολογίων (για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης του προσωπικού που θα εισέρχεται στον χώρο), μετατροπή και στις δύο κάσες των θυρών για την εγκατάσταση καινούργιων ηλεκτρικών κλειδαριών και την τοποθέτηση πόμολων τύπου μπάρας (inox) στις εξωτερικές πλευρές των θυρών.

Η εγκατάσταση θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί η λειτουργία της μπάρας διαφυγής στις εσωτερικές πλευρές των θυρών.

Για την εξωτερική θύρα αλουμινίου η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική σύνδεση ηλεκτρολογίου με ηλεκτρική κλειδαριά και του υπάρχοντος θυροτηλεφώνου με ηλεκτρική κλειδαριά έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην θύρα με κωδικό αλλά και με το θυροτηλέφωνο. Στην εσωτερική δίφυλλη ξύλινη πόρτα η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική σύνδεση ηλεκτρολογίου με ηλεκτρική κλειδαριά έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην θύρα με κωδικό.

Το δίκτυο καλωδίωσης δε θα είναι σε εμφανές σημείο αλλά εσωτερικά της γυψοσανίδας και στην ψευδοροφή και η όδευση θα είναι εντός των σχαρών. Η τροφοδοσία των συσκευών θα γίνει από το δίκτυο emergency (H/Z) του νοσοκομείου. Επίσης θα πρέπει να γίνει προγραμματισμός στις συσκευές των ηλεκτρολογίων και να εγκατασταθούν οι κωδικοί πρόσβασης στο χώρο.

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να παραδώσει στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου πλήρεις οδηγίες στην ελληνική γλώσσα με τον προγραμματισμό του ηλεκτρολογίου για την εγκατάσταση των κωδικών πρόσβασης. Η συσκευή ηλεκτρολογίου θα έχει την δυνατότητα προγραμματισμού τουλάχιστον 55 διαφορετικών κωδικών, το σώμα και τα πλήκτρα της συσκευής θα είναι από κράμα αλουμινίου αντιβανδαλιστικό μεταλλικό ηλεκτρολόγιο κατάλληλο για χρήση και σε εξωτερικό χώρο (IP65), θα διαθέτει tamper switch, είσοδο για μπουτόν εξόδου και επαφή κατάστασης πόρτας. Επίσης η συσκευή θα διαθέτει τροφοδοσία 10-15 VDC ή 12V ή 24V, μία έξοδος ρελέ 1,5 A / 30 V και δύο εξόδους τρανζίστορ, σήμα συναγερμού στην έξοδο τρανζίστορ (ALARM), είσοδο για σύνδεση επαφής πόρτας, είσοδο για τη σύνδεση ενός κουμπιού εξόδου, κύριο κωδικό για τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας της κλειδαριάς,

δυνατότητα αποκλεισμού προσωρινής κλειδαριάς μετά από τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες εισαγωγής κωδικού, δυνατότητα μπλοκαρίσματος εισόδου δωματίου όταν η κλειδαριά είναι σε οπλισμένη λειτουργία, προγραμματιζόμενο μήκος κώδικα, τρεις ενδείξεις LED και ένα βομβητή και θα φέρει σήμα CE.

Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνονται εργασία και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

A/A 2) Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού.

Για την προμήθεια των κάτωθι υλικών για τον ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου.

Αναλυτικότερα:

- Πλαστικό χρώμα υψηλής καλυπτικότητας 9 λίτρων (Ποιότητα Α), **10 τεμάχια**

Χαρακτηριστικά:

Αντοχή στο πλύσιμο.

Πιστοποιημένο IMSL CERTIFIED ANTIMICROBIAL.

Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου εθελοντικού σήματος **Indoor Air Comfort®** του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας στην ποιότητα του αέρα και την υγιεινή ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR (Εκπομπές αέρα εσωτερικού χώρου) A+.

- Αφρόστοκος 1Kgr (ελαφροβαρής ακρυλικός στόκος επισκευών) (DUROSTICK), **10 τεμάχια**
- Ρολό από γούνα με χειρολαβή-ROLLEX 18cm, **2 τεμάχια**

Χαρακτηριστικά:

Φυσική γούνα Merino, πυκνότητα γούνας 55-58 microns, ύψος πέλματος γούνας 1,8 cm, χειρολαβή χρώματος κίτρινο

- Κονταροπίνηλο κόκκινο με λευκή φυσική τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση No 2½, **5 τεμάχια**
- Κοντάρι βαφής 2 m.Πτυσσόμενο μεταλλικό Zita 25×21mm χρώματος κόκκινο, **1 τεμάχιο**
- Χαρτοταινία 50mm×45mm χρώματος κίτρινο ιδανική για ελαιοχρωματισμούς, **35 τεμάχια**
- Νάilon καλύψεως πολλαπλών χρήσεων 4×5m, **20 τεμάχια**

A/A 3) Προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του ΔΙΕΚ-Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών.

Για την προμήθεια των κάτωθι ηλεκτρολογικών υλικών για το σχολείο δεύτερης ευκαιρία που συστεγάζεται το ΔΙΕΚ-Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών:

- Λαμπτήρες φθορίου 60εκ. 18W (100 τμχ.)
- Στάρτερ 4-22W (100 τμχ.)

A/A 4) Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού της Καρδιολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια των κάτωθι υλικών για τον ελαιοχρωματισμό της Καρδιολογικής Κλινικής.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κο Στραβοδήμο Γεώργιο.

Αναλυτικά τα υλικά που απαιτούνται:

Χρώμα πλαστικό MASTER 10 λίτρα (6 τμχ.)

Αφρόστοκος (6 τμχ.)

Χαρτοταινία (4 τμχ.)

Υαλόχαρτο No 120 (5 τμχ.)

Σιλικόνη βαφόμενη (2 τμχ.)

Πινέλο N. 2½ (2 τμχ.)

Νάυλον Μ.Χ. (5τμχ.)

Τάκος (1τμχ.)

A/A 5) Προμήθεια λαμπτήρων για τον οδοφωτισμό του παλαιού Νοσοκομείου.

Για την προμήθεια του κάτωθι ηλεκτρολογικού υλικού για τον οδοφωτισμό περιμετρικά του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου:

- Τριάντα (30) λαμπτήρες υδραργύρου τύπου αχλάδι HQL 125W E27 4000 lumen.

A/A 6) Προμήθεια περιχειρίδων για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GE DINAMAP V100 της Παθολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια έξι (6) περιχειρίδων ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων με συνδετικά dinaclick (23-33εκ.) για το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο-οξύμετρο GE DINAMAP V100 της Παθολογικής Κλινικής.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 7) Προμήθεια αισθητήρα οξυμετρίας για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GE DINAMAP V100 της Ουρολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια ενός αισθητήρα οξυμετρίας δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων για το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GE DINAMAP V100 της Ουρολογικής Κλινικής.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 8) Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών χειρουργικών προβολέων στις αίθουσες 3 & 5 των Χειρουργείων, των Επειγόντων και των ΤΕΙ.

Για την προμήθεια και αντικατάσταση των κάτωθι ανταλλακτικών των προβολέων του κατασκευαστικού οίκου RIMSA τύπου Pentaled με sn 12810 (χειρουργική αίθουσα 3), τύπου Pentaled mobile με sn 12825 (Τ.Ε.Π.), τύπου Pentaled 63+30+TVCC με sn 12814 (χειρουργική αίθουσα 5) και τύπου Pentaled 63 με sn 12816 (Τ.Ε.Ι.).

Αναλυτικά τα ανταλλακτικά:

- Lateral Led Module Pentaled 63 (2 τμχ.)
- Κεντρική Υπομονάδα LED για Pentaled 30 (2 τμχ.)

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρία Medic Plan περί συντήρησης και επισκευής χειρουργικών προβολέων RIMSA σύμφωνα με την αρ.292/2023.

Η προμήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση και η αντικατάστασή τους θα γίνει άνευ χρέωσης.

Επισυνάπτονται τα Δελτία Τεχνικής Υποστήριξης της συμβασιούχου εταιρίας Medic Plan.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 9) Προμήθεια εξαρτημάτων για την ορθή λειτουργία του σωληνωτού ταχυδρομείου.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων καθώς και την επισκευή δύο (2) βολίδων του Τ.Ε.Π. για την εύρυθμη λειτουργία του σωληνωτού ταχυδρομείου τύπου TELECOM Atlas NW 110 του Νοσοκομείου.

Η διαπίστωση έγινε κατόπιν προγραμματισμένης επίσκεψης στις 5/12/2023 (επισυνάπτεται) των τεχνικών της συμβασιούχου εταιρίας TELEPOST (αρ.συμ.433/2022), η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του σωληνωτού ταχυδρομείου.

Αναλυτικότερα τα εξαρτήματα:

- Βαλβίδα (1 τμχ.)
- Τσόχες βολίδων (20 τμχ.)
- Βάση βολίδων (1 τμχ.)
- Λάστιχο LUNA (10 τμχ.)

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

A/A 10) Δαπάνη για την στήριξη των πάνελ στο επίπεδο +5 του κτιρίου A5 του Νοσοκομείου.

Για την επιπλέον στήριξη των υπάρχοντων πάνελ στο επίπεδο +5 του κτιρίου A5 του Νοσοκομείου. Η στήριξη κρίνεται αναγκαία μετά την τελευταία κακοκαιρία κατά την οποία έφυγε ένα πάνελ και έπεσε στον υπαίθριο χώρο.

Για την στήριξη θα χρειαστούν 24 τεμάχια κοιλοδοκού 40×40 mm ύψους 2,5m ο καθένας, οι οποίοι θα στηριχτούν με λάμα (λαπάτσα) 15×10 cm πάχους 5 mm και με μεταλλικά ούπα στο στηθαίο. Οι κοιλοδοκοί θα τοποθετηθούν ανάμεσα από τα υπάρχοντα στηρίγματα και πάνω τους θα βιδωθούν τα πάνελ.

Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν υποδείξεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

A/A 11) Δαπάνη για προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων πυροσβεστικών σταθμών και φωλεών.

Για την προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών – εξαρτημάτων πυροσβεστικών σταθμών και φωλεών:

- Δεμένος πυροσβεστικός σωλήνας **με ρακόρ αλουμινίου** τύπου storz, **με ανοξειδωτο γαλβανιζέ σύρμα και προστατευτικά μανίκια για την προστασία των χεριών κατά τη χρήση.**

Εσωτερική διάμετρος 1 $\frac{3}{4}$ ", πίεση λειτουργίας 15 bar, μήκους 20 μέτρων έκαστος, πιστοποιημένος κατά EN14540:2004 ΑΙ:2007 (126 τμχ.)

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΩΛΗΝΑ.

- Φακός led πυροσβεστικού σταθμού (20 τμχ.) (μόνο για τους πυροσβεστικούς σταθμούς των μηχανοστασίων)

Η αντικατάσταση των ανωτέρω κρίνεται επιτακτική για την ορθή λειτουργία της ενεργητικής πυροπροστασίας του Νοσοκομείου.

A/A 12) Δαπάνη για προμήθεια τροφοδοτικών για ηλεκτρονικά οξύμετρα-πιεσόμετα DINAMAP V100 GE του ΤΕΠ.

Για την προμήθεια δύο (2) τροφοδοτικών power supply universal AC/DC adaptor για τα δύο εκ των τριών ηλεκτρονικών πιεσομέτρων-οξύμετρων DINAMAP V100 GE που λειτουργούν αδιάκοπα στα Τ.Ε.Π.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 13) Προμήθεια περιχειρίδων για DINAMAP V100 GE του ΤΕΠ.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο-οξύμετρο DINAMAP V100 GE του ΤΕΠ:

- Περιχειρίδα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων με συνδετικό βιδωτό (13-33εκ.) (3 τμχ.)
- Περιχειρίδα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων με συνδετικό βιδωτό (31-45 εκ.) (3 τμχ.)

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μόνο για το σύνολο των εξαρτημάτων και όχι μεμονωμένα.

A/A 14) Προμήθεια νεογνικών αισθητήρων οξυμετρίας για τις ανάγκες της Μ+Γ Κλινικής.

Για την προμήθεια των τριών (3) νεογνικών-βρεφικών αισθητήρων SPO2 πολλαπλών χρήσεων και ενός (1) καλωδίου - προέκταση πολλαπλών χρήσεων για τους προαναφερόμενους αισθητήρες, για το οξύμετρο EDAN H100B της M+Γ Κλινικής:

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με το οξύμετρο EDAN.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

A/A 15) Δαπάνη για την προμήθεια φλαντζών στεγανοποίησης υγραντήρων των επιτοίχιων ροόμετρων των κλινικών.

Για την προμήθεια εκατό (100) ροδελών/φλαντζών στεγανοποίησης για τα καπάκια των υγραντήρων πολλαπλών χρήσεων CH 200 των επιτοίχιων ροομέτρων των κλινικών του Νοσοκομείου μας, κόκκινου χρώματος.

Τα προαναφερόμενο ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τα καπάκια των υγραντήρων των κλινικών.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

A/A 16) Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτήματος για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GR DINAMAP V100 του ΤΕΠ.

Για την προμήθεια ενός σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδων παιδων-ενηλίκων 3.65μ. με σύνδεσμο DINACLICK για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GE DINAMAP V100 των ΤΕΠ.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 17) Προμήθεια ηλεκτροβάνας για τη Κλιματιστική Νο7.

Για την προμήθεια μιας ηλεκτροβάνας HONEYWELL για την Κλιματιστική Νο7, με κωδικό M7410E2026 , 180N-6,5mm-150sec-24V-ΧΕΙΡ.

A/A 18) Προμήθεια ηλεκτροβανών για τις πλύσεις ιατρών του Μαιευτηρίου.

Για την προμήθεια έξι (6) ηλεκτροβανών (σωληνοειδής) για τις βρύσες στις πλύσεις ιατρών στον χώρο του σηπτικού του Μαιευτηρίου. Οι ηλεκτροβάνες λειτουργούν με φωτοκύτταρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας: 12 V DC

Πίεση λειτουργίας: 0,5 – 5 bar

Θερμοκρασία νερού: 0 – 70° C

Σύνδεση παροχής: 3/4"

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τις πλύσεις ιατρών της εταιρείας mamoli.

A/A 19) Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση ενός σετ βάσης στήριξης άνω καπακιών χειρουργικής τραπεζας OPT ASSO των Χειρουργείων.

Για την προμήθεια και αντικατάσταση ενός (1) σετ βάσης στήριξης άνω καπακιών της χειρουργικής τράπεζας OPT ASSO με sn:97 του κατασκευαστικού οίκου OPT , που βρίσκεται στα Χειρουργεία..

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρία Medic Plan περί συντήρησης και επισκευής χειρουργικών τραπεζών OPT σύμφωνα με την αρ.292/2023 σύμβαση.

Η προμήθεια του ανωτέρω ανταλλακτικού δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση και η αντικατάστασή του θα γίνει άνευ χρέωσης.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 20) Προμήθεια εξαρτημάτων για τα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων της ΜΕΘ.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων των μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενούς GE B650 της Μ.Ε.Θ.

- Αισθητήρας θερμοκρασίας πολλαπλών χρήσεων δέρματος για monitor GE (5 τμχ.)

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τα μόνιτορ GE B650.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Όλα τα παραπάνω να προσκομισθούν με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ