



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ
Πληροφορίες : ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλ. : 26413-61230,233
Φαξ: 26410-25955
Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ 20-06-2024
Αρ. Πρωτ. 8780

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι SUPPLIES: - 2024

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η υπ.αρ. αρ. 32^η /18-06-2024 ΘΕΜΑ 2ο Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια του διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 1016/0 με ΑΔΑ: Ψ41Ψ46904Μ-ΣΤ2 ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «**ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ**» **ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ** για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ | ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α | Φ.Π. Α. | ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |
|-----|---|---------|-------------------|------------------------|------------------|---------|------------------|
| 1 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Να είναι συμβατά με αναπνευστήρες ENGSTROM PRO. Να είναι συμβατά με αναπνευστήρες ENGSTROM PRO. Να διατίθενται σε ενιαία συσκευασία, μονό κύκλωμα 180cm εισπνοή και εκπνοή στον ίδιο σωλήνα υδατοπαγίδα με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας στην υδατοπαγίδα. | Τεμάχιο | 200 | 8,85 € | 1.770,00 € | 24% | 2.194,80 € |
| 2 | ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ μ.χ χωρίς υδατοπαγίδες συμβατά με τα μηχανήματα Aespire Aestiva | Τεμάχιο | 150 | 3,69 € | 553,50 € | 24% | 686,34 € |
| 3 | Πλήρες κύκλωμα για αναπνευστήρα HT50 (Newport) ενηλίκων. Να φέρει πιστοποιητικό συμβατότητας με τον συγκεκριμένο αναπνευστήρα, από τον κατασκευαστή. | Τεμάχιο | 80 | 38,00 € | 3.040,00 € | 24% | 3.769,60 € |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|------|---------|------------|-----|------------|
| 4 | Κυκλώματα αναισθησίας μ.χ. για το φορητό αναπνευστήρα Serio Plus | Τεμάχιο | 60 | 21,00 € | 1.260,00 € | 24% | 1.562,40 € |
| 5 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ όλων των μεγεθών.(No 6-6,5-7-7,5-8-8,5).Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου η σιλικοναρισμένου p.v.c. να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά, ο σωλήνας στους 37° βαθμούς να μαλακώνει και αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό, που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. το cuff να γίνεται θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα για να εξασφαλίζεται η συμμετρική διάταση του όταν το φουσκώνουμε. το cuff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλεγούμε μικρότερο νόμμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση. | Τεμάχιο | 100 | 0,48 € | 48,00 € | 13% | 54,24 € |
| 6 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF (NO 2,5 –9) | Τεμάχιο | 2000 | 0,48 € | 960,00 € | 13% | 1.084,80 € |
| 7 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF (NO 2-2,5 | Τεμάχιο | 50 | 0,94 € | 47,00 € | 13% | 53,11 € |
| 8 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF (NO 5 – 10) | Τεμάχιο | 200 | 1,88 € | 376,00 € | 13% | 424,88 € |
| 9 | ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 5 λίτρων | Τεμάχιο | 4 | 17,10 € | 68,40 € | 24% | 84,82 € |
| 10 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF (6-7-7,5-8-8,5) | Τεμάχιο | 200 | 6,60 € | 1.320,00 € | 13% | 1.491,60 € |
| 11 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ | Τεμάχιο | 10 | 13,79 € | 137,90 € | 13% | 155,83 € |
| 12 | ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ 60-70 CM ΕΥΘΕΙΣ | Τεμάχιο | 15 | 15,20 € | 228,00 € | 13% | 257,64 € |
| 13 | ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ 60-70 CM ΚΥΡΤΟΙ | Τεμάχιο | 15 | 15,20 € | 228,00 € | | 228,00 € |
| 14 | Προεκτάσεις για τα ΦΙΛΤΡΑ HFLX-038-41-355STRGR που χρησιμοποιεί η ΜΕΘ. | Τεμάχιο | 800 | 0,64 € | 510,40 € | 13% | 576,75 € |
| 15 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ (No 6ΕΩΣ 8) | Τεμάχιο | 70 | 0,92 € | 64,40 € | 13% | 72,77 € |
| 16 | ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ (No 0,12-3-4) | Τεμάχιο | 500 | 0,171 € | 85,50 € | 24% | 106,02 € |
| 17 | ΣΕΤ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ «Τ» ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΑΚΡΟ 22mm OD/15mm ID ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΚΡΑ 22mm OD, 1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ 15cm ΚΑΙ 1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. | Σετ | 180 | 3,48 € | 626,40 € | 24% | 776,74 € |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|------------|-----|------------|
| 18 | <p>ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER (Χωρίς latex)</p> <p>1. Να φέρει μοναδικό διαστολέα, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική λαβή στο άνω μέρος ώστε να μην γλιστράει. 2. Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας μη-τοξικό (latex free) με Cuff Χαμηλής πίεσης – Μεγάλου όγκου, με κλίση 105° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου. • Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού. • Το CUFF να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. • Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. • Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο.7 – Νο.10 την ίδια διάμετρο. • Όταν ξεφουσκώνει, το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού. • Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. • Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του CUFF να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυξης του cuff. 3. Να φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και να εφαρμόζουν με «κλικ» στην θέση τους, επιτρέποντας την μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). 4. Να φέρει ειδικό οδηγό, που «κλειδώνει», εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού να είναι στρογγυλεμένο και να λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger. 5. Να φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή 6. Να φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό. 7. Να φέρει σύριγγα 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας 8. Να φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών 9. Να φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου, 50cm. 10. Να φέρει ειδικό λιπαντικό και γάζες για</p> | ΣΕΤ | 40 | 110,00 € | 4.400,00 € | 24% | 5.456,00 € |
|----|--|-----|----|----------|------------|-----|------------|

| | | | | | | | |
|----|--|---------|------|----------|------------|------|------------|
| | την τραχεία11.Να φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες.12.Να φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας | | | | | | |
| 19 | Αντιμικροβιακό φίλτρο θέρμανσης - ύγρανσης , νέας τεχνολογίας με υδροφοβική κατασκευή, μικρό βάρος, μικρό νεκρό χώρο, υποδοχή για καπνογράφο, μεγαλύτερη δυνατή αντιμικροβιακή ικανότητα βάσει των νέων διεθνών standards, τουλάχιστον 99,99999% | Τεμάχιο | 3000 | 0,55 € | 1.650,00 € | 24% | 2.046,00 € |
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΣ «Τ» ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ .Συσκευή οξυγόνου για T-system με νεφελοποιητή (πλήρες σετ-Μίας χρήσεως).Από εξευγενισμένο διαφανές πλαστικό υποαλλεργικό P.V.C. για ιατρική χρήση,LATEX FREE,κατάλληλη για χορήγηση οξυγόνου μέσω συστήματος T και δυνατότητα επιπρόσθετης χορήγησης φαρμάκων μέσω νεφελοποιητή,με ειδικό υγραντήρα νεφελοποίησης σε όλες τις θέσεις.με σωλήνα παροχής οξυγόνου που δεν τσακίζει μήκους 1,80m | Τεμάχιο | 100 | 0,86 € | 86,00 € | 24% | 106,64 € |
| 21 | Οδηγός δύσκολης διασωλήνωσης 14FR/70cm με "μνήμη" διατήρησης σχήματος με τις κάτωθι προδιαγραφές : Να φέρει αυλό για παροχή O2 με διαβάθμιση από τα 5cm έως και τα 40 cm. Να είναι Νο 14 FR/70cm ,εξωτ.διαμέτρου 4.6mm | Τεμάχιο | 7 | 50,00 € | 350,00 € | 124% | 784,00 € |
| 22 | ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΓΕΜΑΤΑ ΜΕ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟ Μ.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ DATEX AESPIRE S5 7100 | Τεμάχιο | 50 | 17,38 € | 869,00 € | 24% | 1.077,56 € |
| 23 | Συσκευή μάσκας CPAP ενηλίκων με ενσωματωμένο ρυθμιστικό Venturi κ ρυθμιζόμενη βαλβίδα PEEP από 5 έως 20 cm H2O. Να επιτυγχάνει ακρίβεια σε FiO2 30%, 40%, 50%, 60% και 100%. Να περιέχει μάσκα CPAP ενηλίκων με σωλήνες παροχής οξυγόνου, ενσωματωμένο μανόμετρο για τη μέτρηση της PEEP και κεφαλοδέτη. ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ Μ,Λ ΧΛ. Αναλυτικότερα: 1. Να επιτυγχάνει υψηλές ροές περίπου από 50L/min έως 70L/min 2. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο σιγαστήρα ώστε ο ήχος της παροχής του οξυγόνου να εκμηδενίζεται, με ρυθμιστικό Venturi με ακρίβεια σε FiO2 40%, 50% 60%, 70% και 100% 3. Να διατίθεται οδηγός/πίνακας ρυθμίσεων, σε κάθε μάσκα, με όλες τις πιθανές ρυθμίσεις FiO2, PEEP, ροής O2 και να αναφέρεται η ροή που τελικά επιτυγχάνεται σε κάθε περίπτωση ρύθμισης 4. Να περιέχει μάσκα CPAP ενηλίκων, ρυθμιζόμενη PEEP από 5έως 20 cm H2Oεπεκτάσιμο σωλήνα και κεφαλοδέτη 5. Να μπορεί να ρυθμίζεται το μαξιλαράκι της μάσκας με αέρα για καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο 6. Να παρέχεται ροόμετρο διπλής παροχής έως 15L-30L για την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης O2 7. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη | Τεμάχιο | 50 | 145,00 € | 7.250,00 € | 24% | 8.990,00 € |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|-----|---------|------------|-----|------------|
| 24 | .Προσωπίδα αναισθησίας μιας χρήσης χωρίς PVC(PVC-free) , με τις κάτωθι προδιαγραφές: Να είναι χωρίς PVC και χωρίς φθάλιο. Να είναι απόλυτα διαφανείς ,ελαφριές ,με άγκιστρο που να εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή χωρίς μεγάλη άσκηση πίεσης στο πρόσωπο. Να μειώνει τη δυνητική επανεισπνοή και τον κίνδυνο που συνδέεται με αυξημένα επίπεδα του τελικού παλιρροϊκού όγκου Co2. | Τεμάχιο | 130 | 0,85 € | 110,50 € | 24% | 137,02 € |
| 25 | ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. Νο 10 Είναι κατάλληλος για χρήση με κάθε τύπου ενδοτραχειακούς σωλήνες Είναι κατασκευασμένος απο ειδικό εύκαμπο μέταλλο με πλαστική επένδυση Δεν περιέχει Latex και διαθέτει λεία "Safety Silk" επιφάνεια Έχει κυρτή λαβή για την καλύτερη διαχείριση καθώς και κοίλο άκρο για την ασφαλή χρήση και αποτροπή τραυματισμών | Τεμάχιο | 30 | 17,80 € | 534,00 € | 24% | 662,16 € |
| 26 | ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. Νο 12 Είναι κατάλληλος για χρήση με κάθε τύπου ενδοτραχειακούς σωλήνες Είναι κατασκευασμένος απο ειδικό εύκαμπο μέταλλο με πλαστική επένδυση Δεν περιέχει Latex και διαθέτει λεία "Safety Silk" επιφάνεια Έχει κυρτή λαβή για την καλύτερη διαχείριση καθώς και κοίλο άκρο για την ασφαλή χρήση και αποτροπή τραυματισμών | Τεμάχιο | 30 | 0,89 € | 26,70 € | 24% | 33,11 € |
| 27 | ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ. Νο 14 Είναι κατάλληλος για χρήση με κάθε τύπου ενδοτραχειακούς σωλήνες Είναι κατασκευασμένος απο ειδικό εύκαμπο μέταλλο με πλαστική επένδυση Δεν περιέχει Latex και διαθέτει λεία "Safety Silk" επιφάνεια Έχει κυρτή λαβή για την καλύτερη διαχείριση καθώς και κοίλο άκρο για την ασφαλή χρήση και αποτροπή τραυματισμών | Τεμάχιο | 30 | 0,89 € | 26,70 € | 24% | 33,11 € |
| 28 | ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ για τον έλεγχο της διασποράς λοιμώξεων του αναπνευστικού(π.χ. Covid_19). Να είναι με πιστοποιημένα φίλτρα γραμμού 99,99%στις θύρες εκπνοής, των εκπνεόμενων αναπνευστικών αερολυμάτων. Να έχει δυνατότητα παροχής O2 (40%, 50%, 60% στα 5, 6 και 8 L/min) όπως επίσης και με προέκταση οξυγόνου. | ΤΜΧ | 60 | 9,80 € | 588,00 € | 24% | 729,12 € |
| 29 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΩΠΟΥ 1) Το προσφερόμενο είδος να προσφέρει παρακολούθηση κάθε σταδίου της αναισθησίας σε πραγματικό χρόνο. 2) Να προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης σε Bluetooth ώστε να συνδέεται με tablet για την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου στο χειρουργείο . 3) Το amplifier να είναι ασύρματο 4) Να διαθέτει αισθητήρα CAI τεσσάρων ηλεκτροδίων , μιας χρήσης. 5) Ο αισθητήρας να διαθέτει υδρογέλη (Hydrogel) και όχι ακίδα για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή αποκόλλησης από αυτό και αποφυγή τραυματισμών του δέρματος. 6) Ο αισθητήρας CAI να είναι μικρού | ΤΜΧ | 84 | 32,00 € | 2.688,00 € | 24% | 3.333,12 € |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---------|----|--------|---------|-----|-------------|-------------|
| | <p>μεγέθους ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.</p> <p>7) Να διαθέτει ενισχυτή CAIx , με ειδικό κλιπ ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα στην χειρουργική τράπεζα και σε IV pole για μεγαλύτερη σταθερότητα.</p> <p>8) Να διαθέτει καλώδιο CAI για την σύνδεση του αισθητήρα και του ενισχυτή μήκους περίπου 65 cm.</p> <p>9) Να διαθέτει επιπλέον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : -δύο κανάλια EEG -εύρος ενισχυτή εισόδου : EEG ±400uVp ,EMG ±550uVp -φίλτρα EEG 2.5Hz ~ 48Hz(- 3dB) και EMG 80Hz ~ 130Hz(- 3dB). -ανάλυση: EEG 15 bits, EMG 12 bits -Ρυθμό δειγματοληψίας: 250Hz -Μπαταρία διάρκειας 40 ωρών -Εφεδρική μπαταρία λιθίου 3.7 V - Να είναι μικρού βάρους έως 160gr.</p> <p>10) Να διαθέτει εύχρηστο μενού και να προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης των παρακάτω παραμέτρων : -Ηλεκτροκαρδιογράφημα (Γραφικά) -Ηλεκτρομυογράφημα (Τόσο γραφικά όσο και αριθμητικά με εύρος 0 ~ 100) μέσω του οποίου να μετριέται το επώδυνο ερέθισμα του ασθενή -Δείκτης CAI . (Τόσο γραφικά όσο και αριθμητικά με εύρος 0-100) -Την πιθανότητα απόκρισης στο επώδυνο ερέθισμα. (Τόσο αριθμητικά όσο και γραφικά) -BSR (σπασμοί του εγκεφάλου με εύρος 0 – 100) -SQI (Δείκτης ευαισθησίας σήματος με εύρος 0 – 100) -Ηχητικό και οπτικό συναγερμό ο οποίος προειδοποιεί για : την λανθασμένη τοποθέτηση του αισθητήρα, ανίχνευση απότομης κίνησης του ασθενή, Η τιμή BSR έχει ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, όταν ο δείκτης CAI ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, όταν η μπαταρία μειωθεί σε λιγότερο από 10%, Όταν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη</p> <p>11) Να προσφέρεται η δυνατότητα ρύθμισης των παραπάνω παραμέτρων μέσω του κεντρικού μενού.</p> <p>12) Να προσφέρεται η δυνατότητα στιγμιότυπου που οθόνης του κατά την παρακολούθηση ασθενή.</p> | | | | | | | |
| 30 | ΚΕΚΑΜΕΝΟΙΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ (ΑΜΥΓΔΑΛΕΤΟΜΗΣ)7,8,9 | Τεμάχιο | 15 | 2,95 € | 44,25 € | 24% | 54,87 € | |
| 31 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες ειδικοί για μικρολαρυγγοσκόπηση προκυρτωμένοι με 1 μεγάλο cuff No 5 και 6 | Τεμάχιο | 8 | 6,50 € | 52,00 € | 13% | 58,76 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | 29.998,65 € | 37.081,80 € |

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Όλα τα απαιτούμενα είδη να φέρουν σήμανση CE, να εναρμονίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα της ΕΕ (εφόσον προβλέπεται) και να είναι μακράς ημερομηνίας λήξης.

2) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

3) Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι 120 ημερολογιακές ημέρες.

4) Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος.

5) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

6) Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή.

7) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

8) Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Τεχνικής, και Οικονομικής προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε εφαρμογή τόσο της παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. Α' /25-02-2020.

9) Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.

10) Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίου των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

- α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β' /24-3-'09) : 2,00 %.
- β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος.
- γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).
- δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%.
- ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α'147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

11) Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

- α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.
- β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης
- γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.

B. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προσφορά πέραν της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. **Υπεύθυνη Δήλωση** (όπως εκάστοτε ισχύσει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26.03.2014_ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 - Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.
 - Εάν το προσφερόμενο είδος υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ και σε ποιο κωδικό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, να αναφέρεται ή μη ύπαρξη του.
 - Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο εντός πέντε ημερών από την παραγγελία των ειδών.
2. **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου**, (με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

- α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
 - β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **Φορολογική ενημερότητα** που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 4. **Ασφαλιστική ενημερότητα** που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Γα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης να αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου προϊόντος, αν το κατασκευάζει ο ίδιος, να δηλώσει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής της.

Αν δεν το κατασκευάζει ο ίδιος να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα κατασκευής ο τόπος εγκατάστασής της, να επισυνάπτεται Υ/Δ ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την Εταιρεία ΑΑΑ στη μονάδα κατασκευής ΒΒΒ και ο νόμιμος εκπρόσωπος/ ο επίσημος αντιπρόσωπος έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Γβ.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού είδους σε σχέση με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών. Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης, όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) και να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών από πρόσφατους διαγωνισμούς (τελευταία συναφθείσα σύμβαση με άλλη νοσηλευτική μονάδα) που να επιβεβαιώνεται με παραστατικά, (σύμβαση με οποιονδήποτε δημόσιο φορέα).

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016.

Δ.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΥΠΟΒΟΛΗΣ | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | | ΤΡΙΤΗ 02/07/2024 Ώρα 10:00 μμ | Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ |

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

E. ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

E.1. Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

E.2. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

E.3. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

E.4. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

| |
|---|
| <p>α) Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυόμενων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών, είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ΚΥΑ σήμανση CE.</p> |
| <p>β) Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.</p> |
| <p>γ) Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.</p> |
| <p>Επιπλέον:</p> |
| <p>δ. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, αλλά ατομικά σε κάθε προϊόν (τεμάχιο εντός της συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατομική συσκευασία να είναι τυπωμένα επ' αυτής.</p> |
| <p>ε. Όλα τα προϊόντα που λειτουργούν στην αποστείρωση, πρέπει εκτός των παραπάνω να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία το χρόνο παραγωγής τους, το χρόνο διατήρησης των ιδιοτήτων τους ή μόνον το χρόνο που λήγουν αυτές.</p> |
| <p>ζ. Όλα τα προϊόντα που είναι αποστειρωμένα, πρέπει εκτός των παραπάνω να αναγράφουν το χρόνο αποστείρωσης και το χρόνο λήξης αυτής ή μόνον το χρόνο λήξης αυτής τυπωμένα ή ανάγλυφα από την κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και τη μέθοδο με την οποία αποστειρώθηκαν.</p> |
| <p>η. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 ή ISO 13485:2016, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003). Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.</p> |
| <p>θ. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν επι ποινή απόρριψης :</p> <p>α. Χώρα προέλευσης των υλικών</p> <p>β. Εργοστάσιο κατασκευής και τόπος εγκατάστασης αυτού, ενώ σε περίπτωση που δεν κατασκευάζεται από την ίδια εταιρεία να επισυνάπτεται ξεχωριστή Υ.Δ. η οποία θα αναφέρει το εργοστάσιο που θα γίνει η κατασκευή και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος/ επίσημος αντιπρόσωπος έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα.</p> |

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ