



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3<sup>ο</sup> χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Τηλ. : 26413-61230,221

Φαξ: 26410-25955

Email: [promitheies@hospital-agrinio.gr](mailto:promitheies@hospital-agrinio.gr)

ΑΓΡΙΝΙΟ 05/11/2024

Αρ. Πρωτ. 15572

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»

### ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: - 2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η υπ. αρ. πρωτ. 15391/01-11-2024 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια του διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 1366/30-10-2024 με ΑΔΑ: ΡΕΒΛ46904Μ-ΔΑΨ ανάληψη υποχρέωσης.

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «**ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** ως ακολούθως:

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

#### ΓΙΑ ΤΗΝ Μ+Γ ΚΛΙΝΙΚΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥΛΙΚΩΝ	ΤΕΜ.	20	43,55 €	871,00 €	24%	1.080,04 €
2	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Τ piece ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΝΗΨΗ GE PANDA IRES BEDDED WARMER	ΤΕΜ.	20	20,00 €	400,00 €	24%	496,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					1.271,00€		1.576,04 €

#### ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α
-----	-----------	---------------	----------	--------------	------------------	-------	-----------------

3	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(25mm-18 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ clips )	ΤΕΜ.	2	260,00 €	520,00 €	24%	644,80 €
4	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(29mm-20 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ clips )	ΤΕΜ.	2	260,00 €	520,00 €	24%	644,80 €
5	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 7 Fr	ΤΕΜ.	1	250,00 €	250,00 €	24%	310,00 €
6	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5 Fr	ΤΕΜ.	2	250,00 €	500,00 €	24%	620,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					1.790,00 €		2.219,60 €

#### **ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ**

A/A	κωδικός	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α
7		ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ.	ΤΜΧ	5	24,00 €	120,00€	24 %	148,80€
ΣΥΝΟΛΟ						120,00€		148,80€

#### **ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (Τ.Ε.Ι.)**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α
-----	-----------	---------------	----------	--------------	------------------	-------	-----------------

8	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΕΜΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	ΤΕΜ.	10	45,00 €	450,00 €	24%	558,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					450,00 €		558,00 €

**ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π. )**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α
9	ΨΑΛΙΔΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ	ΤΕΜ.	20	5,50 €	110,00 €	24%	136,40 €
10	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ Mayo-Hegar 12cm	ΤΕΜ.	1	9,00 €	9,00 €	24%	11,16 €
11	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ Mayo-Hegar 14cm	ΤΕΜ.	5	9,00 €	45,00 €	24%	55,80 €
12	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ Mayo-Hegar 16cm	ΤΕΜ.	1	9,00 €	9,00 €	24%	11,16 €
13	ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΑΚΡΟ 14cm	ΤΕΜ.	2	5,00 €	10,00 €	24%	12,40 €
14	ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 14cm	ΤΕΜ.	3	7,00 €	21,00 €	24%	26,04 €
15	ΛΑΒΙΔΑ Mosquito ΕΥΘΕΙΑ 10cm	ΤΕΜ.	3	7,00 €	21,00 €	24%	26,04 €
16	ΛΑΒΙΔΑ Mosquito ΕΥΘΕΙΑ 14cm	ΤΕΜ.	4	7,00 €	28,00 €	24%	34,72 €
17	ΛΑΒΙΔΑ Mosquito ΚΥΡΤΗ 12cm	ΤΕΜ.	6	7,00 €	42,00 €	24%	52,08 €
18	ΨΑΛΙΔΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΞΥ/ΑΜΒΛΥ 16cm	ΤΕΜ.	2	6,00 €	12,00 €	24%	14,88 €
19	ΨΑΛΙΔΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΞΥ/ΟΞΥ 14cm	ΤΕΜ.	2	6,00 €	12,00 €	24%	14,88 €
20	ΨΑΛΙΔΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΥΡΤΟ ΑΜΒΛΥ/ΑΜΒΛΥ 16cm	ΤΕΜ.	3	7,00 €	21,00 €	24%	26,04 €
21	ΨΑΛΙΔΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΥΘΥ ΑΜΒΛΥ/ΑΜΒΛΥ 14cm	ΤΕΜ.	6	7,00 €	42,00 €	24%	52,08 €

22	ΨΑΛΙΔΙ Matzenbanum ΚΥΡΤΟ 14cm	ΤΕΜ.	4	7,00 €	28,00 €	24%	34,72 €
23	ΨΑΛΙΔΙ Matzenbanum ΚΥΡΤΟ 18cm	ΤΕΜ.	4	7,00 €	28,00 €	24%	34,72 €
24	ΨΑΛΙΔΙ Lister ΕΥΘΥ 14cm	ΤΕΜ.	10	6,00 €	60,00 €	24%	74,40 €
25	ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Kelly ΕΥΘΕΙΑ 14cm	ΤΕΜ.	4	8,00 €	32,00 €	24%	39,68 €
26	ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Kelly ΕΥΘΕΙΑ 16cm	ΤΕΜ.	4	8,00 €	32,00 €	24%	39,68 €
27	ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Kelly ΚΥΡΤΗ 14cm	ΤΕΜ.	4	7,00 €	28,00 €	24%	34,72 €
28	ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Kelly ΚΥΡΤΗ 16cm	ΤΕΜ.	4	7,00 €	28,00 €	24%	34,72 €
29	ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Kocher ΕΥΘΕΙΑ 16cm	ΤΕΜ.	4	7,00 €	28,00 €	24%	34,72 €
30	ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Kocher ΚΥΡΤΗ 18cm	ΤΕΜ.	4	7,00 €	28,00 €	24%	34,72 €
31	ΛΑΒΙΔΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΥΘΕΙΑ 23cm	ΤΕΜ.	2	23,00 €	46,00 €	24%	57,04 €
32	ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ Volkman	ΤΕΜ.	2	14	28,00 €	24%	34,72 €
33	ΛΑΒΙΔΑ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΑ 21 cm	ΤΕΜ.	2	11,00 €	22,00 €	24%	27,28 €
34	ΛΑΒΙΔΑ ΘΥΡΙΔΩΤΗ 25cm	ΤΕΜ.	4	15,00 €	60,00 €	24%	74,40 €
35	ΛΑΒΙΔΑ ΜΙΖΕ 25cm	ΤΕΜ.	2	12,00 €	24,00 €	24%	29,76 €
36	ΛΑΒΙΔΑ Allis 15cm	ΤΕΜ.	2	12,00 €	24,00 €	24%	29,76 €
37	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΤΟΥΡΝΙΚΕ)- ΙΣΧΑΙΜΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗ	ΤΕΜ.	20	15,54 €	310,80 €	24%	385,39 €
ΣΥΝΟΛΟ					1.188,80 €		1.474,11 €

**ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α
-----	-----------	------------------	----------	-----------------	---------------------	-------	--------------------

38	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ- Large ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 8-14 εκ.	ΤΕΜ.	2	105,00 €		24%	
					210,00 €		260,40 €
39	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ xLarge ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 11-17 εκ.	ΤΕΜ.	2	120,00 €		24%	
					240,00 €		297,60 €
40	ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΩΝΟΕΙΔΕΣ ΕΚΤΟΜΕΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΕ loop	ΤΕΜ.					
			1	70,00 €	70,00 €	24%	86,80 €
41	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ.ΠΛΑΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 10 ΧΙΛ.	ΤΕΜ.				24%	
			1	90,00 €	90,00 €		111,60 €
42	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ.ΠΛΑΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 15 ΧΙΛ.	ΤΕΜ.				24%	
			1	90,00 €	90,00 €		111,60 €
43	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ.ΠΛΑΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 20 ΧΙΛ.	ΤΕΜ.				24%	
			1	90,00 €	90,00 €		111,60 €
44	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ.ΠΛΑΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 25 ΧΙΛ.	ΤΕΜ.				24%	
			1	90,00 €	90,00 €		111,60 €
45	ΕΙΔΙΚΑ (ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ) ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΚΡΗ (CRESCENT KNIFE ΚΕΚΑΜΜΕΝΟ)	ΤΕΜ.				24%	
			30	4,50 €	135,00 €		167,40 €
46	ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ(ΤΥΠΟΥ Kerrison)	ΤΕΜ.				24%	
			1	725,81 €	725,81 €		900,00 €
47	-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ carbon-fiber ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ASKERMANN	ΤΕΜ.				24%	
			5	195,00 €	975,00 €		1.209,00 €

48	-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ carbon-fiber ΜΑΥΡΗ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ACKERMANN		5	175,00 €	875,00 €	24%	1.085,00 €
49	ΨΑΛΙΔΙ ΙΣΤΩΝ Metzenbaum,ΚΥΡΤΑ 7" ΚΑΙ 180mm ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.	6	30,00 €	180,00 €	24%	223,20 €
50	ΨΑΛΙΔΙ ΙΣΤΩΝ Metzenbaum,ΚΥΡΤΑ 8" ΚΑΙ 200mm ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.	2	35,00 €	70,00 €	24%	86,80 €
51	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ Kocher Ochsner 20cm/7 -7/8",1:2 ΔΟΝΤΙΑ	ΤΕΜ.	15	52,00 €	780,00 €	24%	967,20 €
52	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ Kocher Ochsner 22,5 cm/8 -1/8",1:2 ΔΟΝΤΙΑ	ΤΕΜ.	15	79,00 €	1.185,00 €	24%	1.469,40 €
ΣΥΝΟΛΟ					5.805,81 €		7.199,20 €

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ**

### **1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥΛΙΚΩΝ**

Συκία εμβρυουλκία μιας χρήσεως με αναρρόφηση χειρός και δείκτη δύναμης έλξης, με εύκαμπτο καλώδιο, εξωτερική διάμετρο βεντούζας 60mm, διάμετρο εσωτερική ανοίγματος 50mm, αφρώδες φίλτρο, σημείο κάμψης στα 6 cm, με ενσωματωμένο κομβίο απελευθέρωσης κενού.

### **2) ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(25mm- ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ clips )**

- Να έχει εργονομικό πιστολοειδή σχεδιασμό για εύκολη χρήση από ένα άτομο
- Να φέρει ορατό κέλυφος υποδοχής για τον έλεγχο της κινούμενης λεπίδας κοπής και των κομμένων ιστών ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση του
- Να διαθέτει δείκτη στο ορατό κέλυφος για την ακριβή θέση κοπής του πάχους της ακροποσθίας
- Να φέρει συνδετήρες ειδικού σχεδιασμού από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου SAE316L για εύκολη συρραφή και πτώση.

### **4) ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(29mm- ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ clips )**

- Να έχει εργονομικό πιστολοειδή σχεδιασμό για εύκολη χρήση από ένα άτομο
- Να φέρει ορατό κέλυφος υποδοχής για τον έλεγχο της κινούμενης λεπίδας κοπής και των κομμένων ιστών ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση του
- Να διαθέτει δείκτη στο ορατό κέλυφος για την ακριβή θέση κοπής του πάχους της ακροποσθίας
- Να φέρει συνδετήρες ειδικού σχεδιασμού από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου SAE316L για εύκολη συρραφή και πτώση.

### **5) ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 7 Fr**

Λαβίδες σύλληψης για το ενδοσκοπικό ιατρείο, τμήμα κυστεοσκοπήσεων για το άκαμπτο κυστεοσκόπιο.

Οι λαβίδες θα πρέπει να είναι εύκαμπτες και να είναι συμβατές με τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία της ουρολογικής κλινικής (Ackermann)

### **6) ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5 Fr**

Λαβίδες σύλληψης για το ενδοσκοπικό ιατρείο, τμήμα κυστεοσκοπήσεων για το άκαμπτο κυστεοσκόπιο.

Οι λαβίδες θα πρέπει να είναι εύκαμπτες και να είναι συμβατές με τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία της ουρολογικής κλινικής (Ackermann)

### **7) ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.**

-Να έχουν ειδική στήριξη για τον αυχένα

-Σωλήνα απορροής υδάτων

-Να φουσκώνουν με αντλία ή τρόμπα (Όχι με το στόμα)

-Να μπορούν να απολυμαίνονται

### **8) ΨΑΛΙΔΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ**

-Να είναι με στρογγυλεμένα άκρα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, ιδανικό για κοπή ρούχων μεγέθους 20 cm.

### **10) ΕΩΣ ΚΑΙ 36) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

1. Τα εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας.
  2. Το όλο φινιρίσμα και ιδίως στο εσωτερικό των σιαγόνων των εργαλείων και στις αρθρώσεις να είναι άριστο.
  3. Να αποστειρώνονται σε κλίβανο στους 134°C .
  4. Να πλένονται και να απολυμαίνονται με όλα τα γνωστά και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά.
- Τα εργαλεία να φέρουν:

- Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ίδιου εργοστασίου.
- Το εργοστάσιο κατασκευής,
- Την επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας

5. Να υπάρχει ακριβής συμφωνία των μεγεθών μεταξύ των αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα. Διαφορά των μεγεθών άνω +/- 2% θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Να κατατεθούν τα εξής πιστοποιητικά επίσημα επικυρωμένα :

- ISO 13485&ISO 9001 εργοστασίου κατασκευής.

- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001, ISO 27701:2019, Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, της προμηθεύτριας εταιρίας.

- Η προμηθεύτρια εταιρία να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α'/11-07- 05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ.

- Ανάλυση κράματος μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο.

7. Να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης των εργαλείων με dataMatrix (barcode).

8. Να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας των εργαλείων και να κατατεθεί αντίστοιχη εγγύηση από τον Προμηθευτή ή /και Κατασκευαστή.

9. Προσφορές ελλειπίς που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ζητούμενα είδη ή προσφορές ασαφείς ως προς την αντιστοιχία των προσφερόμενων ειδών με τα ζητούμενα θα απορρίπτονται.

### **38) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ- Large ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 8-14 ΕΚ.**

Ο Αυτόματος διαστολέας κοιλιακού τοιχώματος και προστασίας τραύματος μίας χρήσης ALEXIS. Να φέρει 2 δακτύλιους στη 1 πλευρά για εύκολη τοποθέτηση και 1 δακτύλιο στην άλλη, για ένδειξη του μέρους εισαγωγής στη τομή.

**39) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ xLarge ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 11-17 εκ.**

Ο Αυτόματος διαστολέας κοιλιακού τοιχώματος και προστασίας τραύματος μίας χρήσης ALEXIS. Να φέρει 2 δακτύλιους στη 1 πλευρά για εύκολη τοποθέτηση και 1 δακτύλιο στην άλλη, για ένδειξη του μέρους εισαγωγής στη τομή.

**41) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ.ΠΛΑΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 10 ΧΙΛ.**

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ. κλιβανιζόμενο για κωνοειδείς εκτομές τραχήλου.

**42) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ.ΠΛΑΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 15 ΧΙΛ.**

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ. κλιβανιζόμενο για κωνοειδείς εκτομές τραχήλου.

**43) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ.ΠΛΑΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 20 ΧΙΛ.**

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ. κλιβανιζόμενο για κωνοειδείς εκτομές τραχήλου.

**44) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ.ΠΛΑΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 25 ΧΙΛ.**

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 120 χιλ. κλιβανιζόμενο για κωνοειδείς εκτομές τραχήλου.

**46) ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ(ΤΥΠΟΥ Kerrison)**

Αντικατάσταση λαβίδας πεταλεκτομής ευθείας κοπής (τύπου Kerrison) για τα Ν/Χ Χειρουργεία με τα εξής χαρακτηριστικά: μήκους 200mm,πάχους 3mm και 130° (40°) με λεπτή κοπτική επιφάνεια, μαύρου χρώματος.

**47) -ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ carbon-fiber ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ACKERMANN**

Πρόκειται για τμήμα λαπαροσκοπικής λαβίδας της εταιρείας ACKERMANN το οποίο έσπασε ή υπέστη φυσιολογική φθορά, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα είναι ακέραια και λειτουργικά.

**48) ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ carbon-fiber ΜΑΥΡΗ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ACKERMANN**

Πρόκειται για τμήμα λαπαροσκοπικής λαβίδας της εταιρείας ACKERMANN το οποίο έσπασε ή υπέστη φυσιολογική φθορά, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα είναι ακέραια και λειτουργικά.

**51) ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ Kocher Ochsner 20cm/7 -7/8",1:2 ΔΟΝΤΙΑ**

Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας.

Να φέρουν κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ίδιου εργοστασίου.

**52) ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΚΥΡΤΗ Kocher Ochsner 22,5 cm/8 -1/8",1:2 ΔΟΝΤΙΑ**

Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας.

Να φέρουν κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ίδιου εργοστασίου.



**Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016**

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

**Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

**1)** Όλα τα απαιτούμενα είδη να φέρουν σήμανση CE, να εναρμονίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα της ΕΕ (εφόσον προβλέπεται) και να είναι μακράς ημερομηνίας λήξης.

**2)** Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

**3)** Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι 120 ημερολογιακές ημέρες.

**4)** Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος.

**5)** Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

**6)** Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή.

**7)** Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

**8)** Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Τεχνικής, και Οικονομικής προσφοράς), κατά την κρίση της

επιτροπής και σε εφαρμογή τόσο της παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. Α' /25-02-2020.

**9)** Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.

**10)** Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β' /24-3-'09) : 2,00 %.

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος.

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%.

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α'147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

**11)** Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

**α.** να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.

**β.** να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης

**γ.** να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.

## **Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Στην προσφορά πέραν της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. **Υπεύθυνη Δήλωση** (όπως εκάστοτε ισχύσει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26.03.2014\_ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

-Εάν το προσφερόμενο είδος υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ και σε ποιο κωδικό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, να αναφέρεται ή μη ύπαρξη του.

-Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο εντός πέντε ημερών από την παραγγελία των ειδών.

2. **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου**, (με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. **Φορολογική ενημερότητα** που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

4. **Ασφαλιστική ενημερότητα** που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

## **Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.**

### **Γα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης να αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου προϊόντος, αν το κατασκευάζει ο ίδιος, να δηλώσει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής της.

Αν δεν το κατασκευάζει ο ίδιος να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα κατασκευής ο τόπος εγκατάστασής της, να επισυνάπτεται Υ/Δ ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την Εταιρεία ΑΑΑ στη μονάδα κατασκευής ΒΒΒ και ο νόμιμος εκπρόσωπος/ ο επίσημος αντιπρόσωπος έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

### **Γβ.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού είδους σε σχέση με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών. Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης, όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) και να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών από πρόσφατους διαγωνισμούς (τελευταία συναφθείσα σύμβαση με άλλη νοσηλευτική μονάδα) που να επιβεβαιώνεται με παραστατικά, (σύμβαση με οποιονδήποτε δημόσιο φορέα).

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016.

## **Δ.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

<b>ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΥΠΟΒΟΛΗΣ</b>	<b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>
<b>Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ</b>		<b>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11/2024 Ώρα 13:00 μμ</b>	<b>Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ</b>

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

## **Ε. ΓΕΝΙΚΑ**

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα

πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

### **E.1. Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)**

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

### **E.2. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

### **E.3. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών**

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

### **E.4. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
- δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

**α)** Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/Τευχ. Β/02-10-09). **Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.** Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυόμενων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών, είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ΚΥΑ σήμανση CE.

**β)** Οι προμηθευτρίες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**γ)** Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

**Επιπλέον:**

δ. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, αλλά ατομικά σε κάθε προϊόν (τεμάχιο εντός της συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατομική συσκευασία να είναι τυπωμένα επ' αυτής.

ε. Όλα τα προϊόντα που λειτουργούν στην αποστείρωση, πρέπει εκτός των παραπάνω να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία το χρόνο παραγωγής τους, το χρόνο διατήρησης των ιδιοτήτων τους ή μόνον το χρόνο που λήγουν αυτές.

ζ. Όλα τα προϊόντα που είναι αποστειρωμένα, πρέπει εκτός των παραπάνω να αναγράφουν το χρόνο αποστείρωσης και το χρόνο λήξης αυτής ή μόνον το χρόνο λήξης αυτής τυπωμένα ή ανάγλυφα από την κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και τη μέθοδο με την οποία αποστειρώθηκαν.

η. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015, ή ISO 13485:2016. Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.

θ. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν επι ποινή απόρριψης :

α. Χώρα προέλευσης των υλικών

β. Εργοστάσιο κατασκευής και τόπος εγκατάστασης αυτού, ενώ σε περίπτωση που δεν κατασκευάζεται από την ίδια εταιρεία να επισυνάπτεται ξεχωριστή Υ.Δ. η οποία θα αναφέρει το εργοστάσιο που θα γίνει η κατασκευή και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος/ επίσημος αντιπρόσωπος έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**