



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Τηλ. : 26413-61226

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ 13/03/2025

Αρ. Πρωτ. 3255

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (1) 2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: – 2025

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η αρ. 12^{ης}/05-03-2025 ΘΕΜΑ 2^ο απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 573/04-03-2025 με ΑΔΑ: 9ΝΥΦ46904Μ-ΩΞΣ ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (1) 2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	654	17/1/2025	Δαπάνη για την προμήθεια ενός όρθιου καταψύκτη οικιακού τύπου για την κάλυψη των αναγκών της Αιμοδοσίας	1	800,00 €	800,00 €	24%	992,00 €	7131ΑΝ
2	104	7/1/2025	Δαπάνη για την προμήθεια μιας σανίδας μεταφοράς (ολίσθησης) ασθενών για τις ανάγκες της ΜΕΘ	1	250,00 €	250,00 €	24%	310,00 €	7131ΑΝ

3	634	17/1/2025	Δαπάνη για την προμήθεια ενός σετ εργαλείων για επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής - αδενотоμήs	1	2.822,58 €	2.822,58 €	24%	3.500,00 €	1841AN
4	2060	14/2/2025	Δαπάνη για την προμήθεια φορητής συσκευής καπνογραφίας και αναπνευστικού ρυθμού	1	800,00 €	800,00 €	24%	992,00 €	7131AN
5	16756	27/11/2024	Δαπάνη για την προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής	1	2.500,00 €	2.500,00 €	24%	3.100,00 €	7131AN
ΣΥΝΟΛΟ						7.172,58 €		8.894,00 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 8.894,00 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/03/2025 ΩΡΑ 13:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - β) Κωδικός είδους εταιρείας
 - γ) Κωδ. Κατασκευαστή
 - δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού

ε) REF Number

στ) Κατασκευαστικός οίκος

2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:
 - A) Οικονομική προσφορά,
 - B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
 - Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως अपαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότηρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται

την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διαχείριση υλικού gnadiaxylikou@gmail.com. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Δαπάνη για την προμήθεια ενός όρθιου καταψύκτη οικιακού τύπου για την κάλυψη των αναγκών της Αιμοδοσίας.

Για την προμήθεια ενός καταψύκτη οικιακού τύπου με συρτάρια για τις ανάγκες του τμήματος της Αιμοδοσίας. Η προμήθεια του ανωτέρω καταψύκτη κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος σύμφωνα και με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό έγγραφο.

Βασικά Χαρακτηριστικά Καταψύκτη:

Τύπος → **Όρθιος**

Τεχνολογία → **No Frost**

Διαστάσεις → 200cm (Υ) X 60cm (Π) X 65cm (Β) (**το ανώτερο**)

Εσωτερικός Φωτισμός → **Ναι**

Επίπεδο θορύβου → 50 db **το ανώτερο**

Αυτονομία σε διακοπή ρεύματος → 10 ώρες **τουλάχιστον**

Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας → 300 kWh/y **το ανώτερο**

Χωρητικότητα → 250lt **τουλάχιστον**

Αριθμός Συρταριών → 4 **τουλάχιστον**

Εύρος ψύξης → **-10°C έως -20°C**

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη.

A/A 2) Δαπάνη για την προμήθεια μιας σανίδας μεταφοράς (ολίσθησης) ασθενών για τις ανάγκες της ΜΕΘ.

Για την προμήθεια μιας σανίδας μεταφοράς (ολίσθησης) ασθενών για τις ανάγκες της ΜΕΘ. Η προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού κρίνεται αναγκαία για τη μεταφορά - μετάβαση των ασθενών της ΜΕΘ από το κρεβάτι στο φορείο και το αντίστροφο.

Η σανίδα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής, ειδικά σχεδιασμένη για τη μεταφορά ασθενών. Θα πρέπει να είναι επίσης κατάλληλη για συχνή, έντονη και χρόνια χρήση.

Η αποκλειστική χρήση της σανίδας θα πρέπει να είναι η ολίσθηση του ασθενούς από κρεβάτι σε φορείο και το αντίστροφο και να μην προορίζεται για την ανύψωση και τη μεταφορά του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

1. Σανίδα νοσοκομειακής χρήσης τύπου « από κρεβάτι (ή φορείο) σε κρεβάτι (ή φορείο) ». Το σχήμα της να επιτρέπει να τοποθετείται επί νοσοκομειακής κλίνης ή φορείου και να διευκολύνει την ολίσθηση του ασθενούς.
2. Οι εξωτερικές διαστάσεις της ολικής επιφάνειας της σανίδας (μαζί με τα χερούλια και με οποιονδήποτε λοιπό εξοπλισμό) να είναι:
Μήκος: 180 εκατοστά (περίπου)
Πλάτος: 55 εκατοστά (περίπου)
3. Να είναι κατασκευασμένη από ειδικό συνθετικό πολυμερές όπως πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας – HDPE.
4. Να μην είναι αναδιπλούμενη.
5. Η επιφάνειά της να είναι ανθεκτική σε καθαριστικά και απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται σε Νοσοκομεία.
6. Να είναι πλήρως ανθεκτική σε σκουριά και νερό.
7. Να διαθέτει περιμετρικά χειρολαβές ομοιόμορφα κατανομημένες.
8. Να είναι απόλυτα (100%) ακτινοδιαπερατή, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε Αξονικό Τομογράφο.

Γενικοί όροι:

- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2016, ISO 13485:2015 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).
 - Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.
- Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

A/A 3) Δαπάνη για την προμήθεια ενός σετ εργαλείων για επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής – αδενотоμής.

Για την προμήθεια ενός σετ εργαλείων για επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής – αδενотоμής. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό το ήδη υπάρχον σετ είναι τουλάχιστον 25 ετών με αποτέλεσμα να παρουσιάζει φθορές από την μακροχρόνια χρήση καθώς και οξείδωση από την διαδικασία της αποστείρωσης. Το ήδη υπάρχον σετ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερο εφεδρικό σε περιπτώσεις δύο αμυγδαλεκτομών την ίδια ημέρα.

Το προσφερόμενο σετ θα πρέπει να περιλαμβάνει:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ
1	Στυλεός Nr 7, νυστέρια 10-15, 16,5cm	1
2	Ψαλίδι ιστών Metzenbaum κυρτό 18cm	1
3	Ψαλίδι αμυγδαλών Dood 19cm	1
4	Ψαλίδι Mayo ευθύ 17cm	1
5	Αιμοστατική λαβίδα κυρτή Schindt 19cm	2
6	Αιμοστατική λαβίδα κυρτή Rochester Pean 16cm	2
7	Λαβίδα Tohoku 13cm	6

8	Λαβίδα ευθεία Gross-Maier 20cm	2
9	Ρύγχος αναρρόφησης Yankauer 37cm, 4.8mm	2
10	Βελονοκάτοχο ισχυρό DeBakey TC 18 cm	2
11	Αδενοτόμος Beckmann Fig.1 22cm	1
12	Αδενοτόμος Beckmann Fig.3 22cm	1
13	Αδενοτόμος Beckmann Fig.5 22cm	1
14	Στοματοδιαστολέας Kilner-Dought πλήρης , (συνοδεύεται από 3 διαφορετικά γλωσσοπίεστρα)	1
15	Γλωσσοπίεστρο μεταλλικό Bruenings 19cm	1
16	Μαχαιρίδιο Fischer 22,5cm	1
17	Μαχαιρίδιο Canfield 21cm	1
18	Dissector& Retractor αμυγδαλών Hurd 22cm	1
19	Λαβίδα σύλληψης ανυγδαλών White 18cm	1
20	Αμυγδαλοτόμος Eves 28cm	1
21	Κυτίο αποστείρωσης εργαλείων αλουμινίου με φίλτρο μ.χ στο καπάκι 3/4 , 46,5x28x13,5cm, χρώμα διάκρισης καπακιού πορτοκαλί	1
22	Μεταλλική σχάρα εργαλείων 40,5x25x7cm	1
23	Χάρτινα φίλτρα μ.χ διάμ.185mm (συσκευασία 100τεμ)	2

Τεχνικές Προδιαγραφές του ανωτέρω σετ εργαλείων:

- 1.** Τα εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και να είναι MAT επιφάνειας για αποφυγή ανάκλασης laser δέσμης.
- 2.** Το όλο φινίρισμα και ιδίως στο εσωτερικό των σιαγόνων των εργαλείων και στις αρθρώσεις να είναι άριστο. Τα κοπτικά άκρα των ψαλιδιών να είναι αποτελεσματικά σε όλο το μήκος των σιαγόνων
- 3.** Να αποστειρώνονται σε κλίβανο στους 134°C .
- 4.** Να πλένονται και να απολυμαίνονται με όλα τα γνωστά και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά.
- 5.** Τα εργαλεία να φέρουν:
 - Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ίδιου εργοστασίου.
 - Το εργοστάσιο κατασκευής.
 - Την επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας
 - CE MARK & DATA Matrix

6. Να υπάρχει ακριβής συμφωνία των μεγεθών μεταξύ των αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα. Διαφορά των μεγεθών άνω +/- 2% θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

7. Να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης των εργαλείων με data Matrix (barcode).

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει:

1. Να καταθέσει πρωτότυπο εργοστασιακό κατάλογο των εργαλείων σε ηλεκτρονική μορφή ή/και σε έντυπη (hard copy).

2. Να μην προσφέρει εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκου relabel αλλά μόνον του εργοστασίου κατασκευής.

3. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2016, ISO 14001, ISO 37001:2017, ISO 45001 , ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security, ISO 13485:15 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωκότητας». Επίσης, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

4. Να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α'/11-07-05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) Η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ.

5. Να καταθέσει με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα, τα οποία κάποια εξ' αυτών θα αποστειρωθούν στον κλίβανο για αν διαπιστωθεί η αντοχή τους τα οποία στην συνέχεια θα επιστραφούν μετά την αξιολόγησή τους.

6. Να παραδώσει τα μηχανήματα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους.

7. Να καταθέσει τα εξής πιστοποιητικά επίσημα επικυρωμένα :

- ISO 13485 του κατασκευαστικού οίκου.

- Ανάλυση κράματος μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο.

- CE MARK του κατασκευαστικού οίκου και των εργαλείων.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας των εργαλείων για δέκα (10) έτη και να κατατεθεί αντίστοιχη εγγύηση από τον Προμηθευτή ή /και Κατασκευαστή.

Προσφορές ελλιπείς που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ζητούμενα είδη ή προσφορές ασαφείς ως προς την αντιστοιχία των προσφερόμενων ειδών με τα ζητούμενα θα απορρίπτονται.

Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

A/A 4) Δαπάνη για την προμήθεια φορητής συσκευής καπνογραφίας και αναπνευστικού ρυθμού.

Για την προμήθεια μιας φορητής συσκευής καπνογραφίας και αναπνευστικού ρυθμού (EtCO₂ + resp rate) κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση και για χρήση σε επείγοντα περιστατικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματος:

1. Να διαθέτει έγχρωμη TFT LCD οθόνη με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης των παραμέτρων EtCO₂ και Respiratory Rate.
2. Να έχει λειτουργία DC 3V με τροφοδοσία από μπαταρίες τύπου AA είτε AAA.
3. Να είναι μικρών διαστάσεων και χαμηλού βάρους (μέχρι 100gr) για ευκολία στη μεταφορά.
4. Να έχει εύρος EtCO₂ 0-150mmHg με ακρίβεια $\pm 2\%$ στο διάστημα 0-40mmHg, $\pm 5\%$ στο διάστημα 41-70mmHg, ± 8 στο διάστημα 71-100mmHg και $\pm 10\%$ στο διάστημα 101-150mmHg.
5. Να έχει εύρος μέτρησης ρυθμού αναπνοής 2-150 rpm και ακρίβεια ± 1 rpm.
6. Να είναι κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά και νεογνά.
7. Να φέρει πιστοποιήσεις CE και ISO από τον κατασκευαστικό οίκο.

Γενικοί όροι:

- Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

- Στην τιμή περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς, η εκπαίδευση του προσωπικού και το κόστος εγκατάστασης με έξοδα του αναδόχου.

- Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον **δύο (2) ετών**, από την παράδοση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης, πλην αναλωσίμων και φθορών κακής χρήσης, με ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 5) Δαπάνη για την προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια ενός παρακλίνιου μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων για τις ανάγκες της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματος:

1. Να διαθέτει έγχρωμη TFT οθόνη αφής, κατάλληλη για ιατρική χρήση (medical grade) μεγέθους τουλάχιστον 10" με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης τουλάχιστον οχτώ (8) κυματομορφών.
2. Να τροφοδοτείται από ρεύμα δικτύου πόλεως 220V/50Hz καθώς και από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότητας που να εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον τριών (3) ωρών.
3. Να είναι μικρών διαστάσεων και χαμηλού βάρους.
4. Να είναι κατάλληλο για παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά και νεογνά. Τα τελευταία να αποδεικνύονται εγγράφως με δήλωση του κατασκευαστικού οίκου.
5. Να διαθέτει επίπεδο προστασίας IPX1.
6. Να διαθέτει trends τουλάχιστον 200 ωρών.
7. Να διαθέτει ST review τουλάχιστον 100 ώρες.

8. Να διαθέτει review κυματομορφών τουλάχιστον 72 ώρες.
9. Να κρατάει στη μνήμη τουλάχιστον 3000 μετρήσεις NIBP και 2000 γεγονότα συναγερωμών.
10. Να διαθέτει διαφορετικά επίπεδα έντασης, τόνων και φωτισμού για τους συναγερωμούς.
11. Να προσφέρει τη δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης με κεντρικό σταθμό μέσω ασύρματης επικοινωνίας.
12. Να προσφέρει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με εκτυπωτή και σύστημα καπνογραφίας.
13. Να προσφερθεί εφοδιασμένο με τους απαραίτητους ενισχυτές για την παρακολούθηση των παρακάτω παραμέτρων:

α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)

β. Αναπνοή (RESP)

γ. Αναίμακτη πίεση (NIBP)

δ. Θερμοκρασία (TEMP)

ε. Παλμική Οξυμετρία (SpO₂)

Βαθμίδα ECG (Ηλεκτροκαρδιογραφήματος)

- Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής και εμφάνισης (3 , 5 , 6 , 12) απαγωγών.
- Να διαθέτει αυτόματο σύστημα αναγνώρισης των απαγωγών.
- Ταχύτητα καταγραφής 6.25,12.5, 25, 50mm/s
- Να διαθέτει εύρος δεδομένων (Bad Width) Monitoring Mode: 0.5-40Hz , Diagnosis mode: 0.05-150Hz , Surgery mode:1-20Hz , ST mode: 0.05-40Hz
- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης βηματοδότη με εύρος 0.1 to 2 ms.
- Να διαθέτει προστασία από απινιδωτή.
- Να διαθέτει εύρος παλμού 15 – 350 bpm (Για νεογνά και παιδιά)
- Να διαθέτει ακρίβεια $\pm 1\%$
- Να διαθέτει ανάλυση 1 bpm.
- Να διαθέτει σύστημα ανάλυσης αρρυθμιών οι οποίες να αναφερθούν.
- Να διαθέτει σύστημα ανάλυσης ST με ακρίβεια ± 30 ms.
- Η βαθμίδα ECG να καλύπτει τα standard IEC 60601-2-27 και IEC 60601-2-25.

Βαθμίδα RESP (Αναπνοής)

- Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης και καταγραφής της αναπνοής από τις απαγωγές I, II ή αυτόματα.
- Το εύρος των αναπνοών να είναι 0 - 200 bpm
- Η ακρίβεια των αναπνοών να είναι 0 - 120 rpm: ± 1 rpm , 121 - 200 rpm: ± 2 rpm

- Ανάλυση 1 rpm.
- Να διαθέτει καταγραφή άπνοιας 10-40s για νεογνά και παιδιά.
- Ταχύτητα καταγραφής 3, 6.25, 12.5, 25, 50mm/s.

Βαθμίδα NIBP (Αναιμακτης Πίεσης)

- Η μέτρηση της πίεσης να πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου Automatic Oscilometric.
- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης Manual / Automatic/STAT, Sequence.
- Μονάδα μέτρησης της πίεσης mmHg / kPa.
- Ακρίβεια μέτρησης πίεσης ± 3 mmHg.
- Ανάλυση μέτρησης πίεσης 1 mmHg.
- Να έχει δυνατότητα μέτρησης Συστολικής , Διαστολικής και Μέσης πίεσης.
- Η συστολική πίεση να διαθέτει εύρος: Παιδιατρικό Mode: 25-240mmHg , Νεογνικό Mode 25-140mmHg
- Η Διαστολική πίεση να διαθέτει εύρος : Παιδιατρικό Mode: 10-200mmHg , Νεογνικό Mode: 10-115mmHg
- Η μέση πίεση , να διαθέτει εύρος : Παιδιατρικό Mode:15-215mmHg , Νεογνικό Mode 15-125mmHg
- Να διαθέτει προστασία υπερπίεσης για νεογνά 147mmHg \pm 3mmHg.

Βαθμίδα SpO (Οξυμετρίας)

- Εύρος μέτρησης 0 to 100%.
- Να διαθέτει ανάλυση μέτρησης 1%.
- Να διαθέτει ακρίβεια μέτρησης για νεογνά $\pm 3\%$ (70-100%).
- Να έχει δυνατότητα ένδειξης του δείκτη PI (Perfusion Index).
- Η ανανέωση των δεδομένων να γίνεται ανά second.
- Να διαθέτει ένδειξη SIQ.
- Να έχει δυνατότητα μέτρησης παλμών καρδιάς με εύρος 20-300rpm.
- Να διαθέτει ακρίβεια μέτρησης ± 2 brpm.
- Η βαθμίδα οξυμετρία να καλύπτει τα standards ISO 80601-2-61.

Βαθμίδα TEMP (Θερμοκρασίας)

- Να διαθέτει δύο κανάλια θερμοκρασίας.

- Το εύρος θερμοκρασίας να είναι 0-50°C.
- Η ακρίβεια θερμοκρασία να είναι $\pm 0.1^\circ\text{C}$.
- Η ανάλυση θερμοκρασίας να γίνεται με βήμα 0.1°C.

Γενικοί όροι:

- Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

- Στην τιμή περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς, η εκπαίδευση του προσωπικού και το κόστος εγκατάστασης με έξοδα του αναδόχου.

- Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον **δύο (2) ετών**, από την παράδοση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης, πλην αναλωσίμων και φθορών κακής χρήσης, με ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο.

- Ο ανάδοχος να διαθέτει stock ανταλλακτικών για άμεση κάλυψη - service - πλήρη συντήρηση του μηχανήματος **επί 10ετίας**, από την παράδοση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το μηχάνημα έτοιμο προς χρήση με όλα τα παρελκόμενα (Καλώδιο ECG πενταπολικό, αισθητήρες παλμικής οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων, περιχειρίδες διαφορετικών μεγεθών κλπ.)

- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης (επί ποινή αποκλεισμού) με παραπομπές στα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου για κάθε μία από τις ανωτέρω προδιαγραφές.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ