



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ, 20/05/2025

Αρ. Πρωτ. 6360

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (4)
2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: – 2025**

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η αρ. 20^η/13-05-2025 ΘΕΜΑ 18^ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με τις οποίες αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 778/05-05-2025 με ΑΔΑ: 684046904Μ-ΤΣΙ ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (4) 2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	3230	12/3/2025	Δαπάνη για την ετήσια προληπτική συντήρηση του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στον περιβάλλοντα χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου	1	1.800,00 €	1.800,00 €	24%	2.232,00 €	0863AN
2	4593	9/4/2025	Δαπάνη για εργασίες διαπίστωσης βλάβης-τεχνικής υποστήριξης στον φορητό υπερηχοτομογράφο τσέπης GE Vscan Extend της Καρδιολογικής Κλινικής	1	300,00 €	300,00 €	24%	372,00 €	0879AN
3	5161	24/4/2025	Δαπάνη για την προληπτική άπαξ συντήρηση των φορητών αναπνευστήρων	1	2.644,00 €	2.644,00 €	24%	3.278,56 €	1439AN

			Weinmann Medumat Standard 2 του Νοσοκομείου						
4	5161	24/4/2025	Δαπάνη για την προληπτική άπαξ συντήρηση των φορητών αναπνευστήρων Weinmann Medumat Standard 2 του Νοσοκομείου	1	1.600,00 €	1.600,00 €	24%	1.984,00 €	0889AN
5	5163	24/4/2025	Δαπάνη για την προληπτική συντήρηση τεσσάρων (4) θερμοκοιτίδων και μιας (1) κλίνης ανάνηψης της Μαιευτικής Κλινικής	1	2.000,00 €	2.000,00 €	24%	2.480,00 €	0889AN
6	5163	24/4/2025	Δαπάνη για την προληπτική συντήρηση τεσσάρων (4) θερμοκοιτίδων και μιας (1) κλίνης ανάνηψης της Μαιευτικής Κλινικής	1	967,00 €	967,00 €	24%	1.199,08 €	1439AN
7	5314	29/4/2025	Δαπάνη για την συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου	1	150,00 €	150,00 €	24%	186,00 €	1429AN
8	5314	29/4/2025	Δαπάνη για την συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου	1	1.300,00 €	1.300,00 €	24%	1.612,00 €	0879AN
9	5375	29/4/2025	Δαπάνη για τον έλεγχο-συντήρηση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας του Νοσοκομείου	1	385,00 €	385,00 €	24%	477,40 €	0863AN
10	5629	5/5/2025	Δαπάνη για την προμήθεια αντικατάσταση του δαπέδου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού	1	4.783,07 €	4.783,07 €	24%	5.931,01 €	1429AN
11	5629	5/5/2025	Δαπάνη για την προμήθεια αντικατάσταση του δαπέδου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού	1	2.475,00 €	2.475,00 €	24%	3.069,00 €	0879AN
			ΣΥΝΟΛΟ			18.404,07 €		22.821,05 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 22.821,05 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/05/2025 ΩΡΑ 13:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας; email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - β) Κωδικός είδους εταιρείας
 - γ) Κωδ. Κατασκευαστή
 - δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - ε) REF Number
 - στ) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάρχει σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:
 - A) Οικονομική προσφορά,
 - B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
 - Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διαχείριση υλικού gnaaxylikou@gmail.com. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

Άρθρο 105 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Εχεμύθεια

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016) η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Δαπάνη για την ετήσια προληπτική συντήρηση του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στον περιβάλλοντα χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου .

Για την ετήσια προληπτική συντήρηση του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στον περιβάλλοντα χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου.

Το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις το χρόνο ανά 6μηνο και δύο έκτακτες επισκέψεις επανορθωτικής συντήρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους των υλικών που ενδεχομένως απαιτηθούν.

Ωστόσο ο ανάδοχος θα διαθέσει τηλεφωνική γραμμή για το Νοσοκομείο για την επέμβαση άρσης βλάβης εντός 48ωρου σε εργάσιμες ώρες (08.00-17.30) και ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή).

Εργασίες συντήρησης για το εξάμηνο και τον χρόνο:

- Έλεγχος του αριθμού και του τύπου των καμερών, εάν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τυχόν τροποποιήσεις.
- Η εστίαση της κάμερας / του φακού και η αυτόματη ίριδα να έχουν ρυθμιστεί σωστά.
- Το οπτικό πεδίο θέασης της κάμερας να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πελάτη.
- Το παράθυρο θέασης κάμερας / περιβλήματος να είναι καθαρό, εσωτερικά και εξωτερικά.
- Ο φακός της κάμερας να είναι καθαρός χωρίς σκόνες κτλ.
- Έλεγχος λειτουργίας περιστροφής και zoom εστίασης σε κάμερες PTZ.
- Έλεγχος ότι όλα τα καλώδια στηρίζονται σωστά, δεν έχουν υποστεί ζημιά και δεν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.
- Έλεγχος για σωστές φυσικές στερεώσεις όλου του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης ή της διάβρωσης των στηριγμάτων και των στερεώσεων σε στύλους και βάσεις στήριξης.
- Έλεγχος κύριας και εφεδρικής πηγής τροφοδοσίας καθώς και των συσσωρευτών του συστήματος.
- Έλεγχος της ποιότητας εικόνας κάθε κάμερας και σωστή επιλογή θέασης βάσει απαιτήσεων πελάτη.
- Οι οθόνες παρακολούθησης να μην έχουν παραμόρφωση εικόνας.
- Οι οθόνες να έχουν τη σωστή αντίθεση και φωτεινότητα.
- Το καταγραφικό να λειτουργεί κανονικά χωρίς κάποια ένδειξη προβλήματος.

- Έλεγχος συστήματος σωστής ώρα και ημερομηνίας καταγραφής.
- Έλεγχος συνεργειών με τρίτα συστήματα αν υφίσταται.
- Έλεγχος προγραμματισμός video analytics αν υφίσταται.
- Έλεγχος λειτουργίας failover αν υφίσταται.
- Έλεγχος λειτουργίας ότι όλα τα switch και ο βοηθητικός εξοπλισμός λειτουργούν πλήρως.
- Αποθήκευση και αποστολή back up βάσης προγραμματισμού στον SERVER.

Ο ανάδοχος θα διαθέτει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την ορθή και ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Με το πέρας της συντήρησης θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Εργασιών.

Για λόγους δεοντολογίας και με αίσθημα ευθύνης προς τους πελάτες του, ο ανάδοχος δεσμεύεται να χειρίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια τις διαδικασίες, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, τις στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης και τα άλλα σημαντικά δεδομένα του Νοσοκομείου.

Κατά τη συνεργασία θα υπάρχει συναποδοχή για την χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, τεχνικής ή εμπορικής.

Να τονίσουμε ότι αποκλειστικός υπεύθυνος είναι μόνο ο χρήστης (Νοσοκομείο), ο οποίος φέρει την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

A/A 2) Δαπάνη για εργασίες διαπίστωσης βλάβης-τεχνικής υποστήριξης στον φορητό υπερηχοτομογράφο τσέπης GE Vscan Extend της Καρδιολογικής Κλινικής.

Για εργασίες που αφορούν την τεχνική υποστήριξη – παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη διερεύνηση βλάβης στον φορητό υπερηχοτομογράφο τσέπης GE Vscan Extend με σειριακό αριθμό S/N:VH200122X6 της Καρδιολογικής Κλινικής. Το εν λόγω μηχάνημα παρουσίασε βλάβη που αφορά την επικοινωνία του ηχοβολέα (probe) με την κύρια συσκευή (Probe Communication Failure) στις 04/04/2025 και τέθηκε εκτός λειτουργίας. Για την περαιτέρω διερεύνηση της βλάβης καθώς και την πιθανή επισκευή του μηχανήματος απαιτείται η αποστολή του σε εξειδικευμένο κέντρο στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα επανέλθουμε με νέα εισήγηση για την επιδιόρθωση της βλάβης.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

A/A 3 & 4) Δαπάνη για την προληπτική άπαξ συντήρηση των φορητών αναπνευστήρων Weinmann Medumat Standard 2 του Νοσοκομείου.

Για την προληπτική άπαξ συντήρηση των τεσσάρων (4) φορητών αναπνευστήρων του κατασκευαστικού οίκου WEINMANN model:Medumat Standard2 του κατασκευαστικού οίκου WEINMANN με sn: 14319 – 14923 – 14857 – 14805.

Οι φορητοί αναπνευστήρες βρίσκονται στο Αναισθησιολογικό Τμήμα (3 τμχ.) και στη Μ.Ε.Θ. (1 τμχ.) και είχαν παραχωρηθεί από την 6^η Υ.Πε το έτος 2021.

Να τονίσουμε ότι η προηγούμενη προληπτική συντήρηση είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2024 και ότι είναι η πρώτη φορά έπειτα από την απόκτηση των παραπάνω αναπνευστήρων (2021) που θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών αυτονομίας.

Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του προαναφερόμενου κατασκευαστικού οίκου.

Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπιστωθούν βλάβες που η αποκατάσταση τους απαιτεί την αντικατάσταση των ανταλλακτικών, θα επανέλθουμε με νέα εισήγηση.

Κόστος εργασιών συντήρησης → **1.600,00€ + Φ.Π.Α.**

Κόστος αναλώσιμων υλικών που θα αντικατασταθούν → **2.644,00€ + Φ.Π.Α.**

Αναλώσιμα – υλικά που θα αντικατασταθούν:

- Μπαταρία αυτονομίας → 4 τεμάχια
- Φίλτρα εκπνοής (σετ των 5 τεμαχίων) → 1 τεμάχιο

Απαιτείται από τον υποψήφιο ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας,

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο όσο αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης καθώς και κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς,

A/A 5 & 6) Δαπάνη για την προληπτική συντήρηση τεσσάρων (4) θερμοκοιτίδων και μιας (1) κλίνης ανάνηψης της Μαιευτικής Κλινικής.

Για την προληπτική άπαξ συντήρηση τεσσάρων (4) θερμοκοιτίδων και μίας (1) κλίνης ανάνηψης της Μαιευτικής Κλινικής. Η ανωτέρω προληπτική συντήρηση κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι η τελευταία συντήρηση του εν λόγω εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2023.

Ο εξοπλισμός που χρήζει συντήρησης είναι ο παρακάτω:

- Fanem IT-158TS με S/N: MAR090944

- Θερμοκοιτίδα Fanem IT-158TS με S/N: CF 2544
- Θερμοκοιτίδα Θερμοκοιτίδα Fanem IT-158TS με S/N: CF 2735
- Θερμοκοιτίδα Fanem C186TS με S/N: CC 8428
- Κλίνη Ανάνηψης Fanem Multisystem 2051 με S/N: HAC 14627

Κόστος εργασιών προληπτικής συντήρησης → **2.000,00€ + Φ.Π.Α.**

Κόστος υλικών – αναλωσίμων προς αντικατάσταση → **967,00€ + Φ.Π.Α.**

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης προτείνονται ετησίως σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1. Βασικός έλεγχος λειτουργίας.
2. Έλεγχος πλήκτρων.
3. Έλεγχος alarm.
4. Έλεγχος monitoring παραμέτρων.
5. Αποσυναρμολόγηση συσκευής.
6. Καθαρισμός συσκευής.
7. Αντικατάσταση υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
8. Έλεγχος λειτουργιών.
9. Συναρμολόγηση συσκευής.
10. Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας.
11. Τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας και παράδοση της συσκευής προς χρήση.

Τα υλικά – αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

- Μπαταρία αυτονομίας → 4 τεμάχια.
- Μπαταρία alarm → 5 τεμάχια.
- Φίλτρο αέρα για C186TS → 1 τεμάχιο.
- Σετ Φίλτρων για IT-158TS (σετ 10 τεμάχια) → 1 τεμάχιο.

Θα θέλαμε τέλος να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπιστωθούν βλάβες που η αποκατάστασή τους απαιτεί την αντικατάσταση ανταλλακτικών, τότε θα επανέλθουμε με νέα εισήγηση.

Απαιτείται από τον υποψήφιο ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας,

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο όσο αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή τεχνογνωσίας που θα βοηθήσει στην επίλυση και αποκατάσταση μιας βλάβης καθώς και κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς όσον αφορά τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

A/A 7 & 8) Δαπάνη για την συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου.

Για την απαραίτητη ετήσια συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος του Νοσοκομείου που βρίσκεται στον χώρο του Υδροστασίου στο επίπεδο -2.

Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από μία jokey GRUNDFOS CR3-21-A-A-A-E-HQQE/2.20KW, έναν ηλεκτροκινητήρα GRUNDFOS MMG250M-2-60FF500-E2/55KW και έναν πετρελαιοκινητήρα VM MOTORI 97C-P MOD D754TPE2 rpm3000.

Σύμφωνα με το α) σχετικό οι εργασίες συντήρησης του πυροσβεστικού συγκροτήματος που θα πρέπει να εκτελεστούν κατ' ελάχιστον είναι:

- Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος.
- Αντικατάσταση 3 τμχ. πιεζοστάτη νερού οθόνης 10bar max.
- Αντικατάσταση 3 τμχ. μανόμετρα γλυκερίνης 10bar max.
- Γρασσάρισμα ηλεκτροκινητήρων και αντλιών.
- Συντήρηση πετρελαιοκινητήρα με αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού και φίλτρο πετρελαίου.
- Ρυθμίσεις και δοκιμές καλής λειτουργίας.

Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου η Τεχνική Υπηρεσία θα υποδείξει στον ανάδοχο τον χρόνο εκτέλεσης όλων των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των παλιών και κατεστραμμένων υλικών που θα αντικατασταθούν.

Ο ανάδοχος με το πέρας των άνωθεν συντηρήσεων και εργασιών, οφείλει να παραδώσει το πυροσβεστικό συγκρότημα σε πλήρη και σωστή λειτουργία.

A/A 9) Δαπάνη για τον έλεγχο-συντήρηση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας του Νοσοκομείου.

Για τον απαραίτητο έλεγχο-συντήρηση του κεντρικού συστήματος του φωτισμού ασφαλείας κατασκευής CEAG Γερμανίας, των υποπινάκων και της συστοιχίας μπαταριών, του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το α) σχετικό οι εργασίες ελέγχου-συντήρησης του συστήματος ασφαλείας που θα πρέπει να εκτελεστούν κατ' ελάχιστον είναι:

- Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος.
- Έλεγχος μέσω προγράμματος παρακολούθησης-Function tests.
- Έλεγχος της κεντρικής μονάδας-φορτιστή.
- Εναλλαγή παροχής AC-DC.

- Οπτικός έλεγχος των ηλεκτρικών μονάδων και μπαταριών.
- Έλεγχος προγραμματισμού.
- Έλεγχος θερμοκρασίας-ρύθμιση ρεύματος φόρτισης των μπαταριών.
- Έλεγχος διάρκειας λειτουργίας μπαταριών σε πλήρες φορτίο με συνεχή έλεγχο κάθε μπαταρίας.
- Εντοπισμός τυχόν ελαττωματικών στοιχείων.

Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου η Τεχνική Υπηρεσία θα υποδείξει στον ανάδοχο τον χρόνο εκτέλεσης όλων των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Ο ανάδοχος με το πέρας των άνωθεν συντηρήσεων και εργασιών, οφείλει να παραδώσει αναλυτικό δελτίο έργου και σε τυχόν διαπίστωση αντικατάστασης ανταλλακτικών θα επανέλθουμε με νέα εισήγηση.

A/A 10 & 11) Δαπάνη για την προμήθεια αντικατάσταση του δαπέδου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Για την αντικατάσταση του δαπέδου στις δύο αίθουσες Αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Το υπάρχον δάπεδο Linoleum μάρκας Tarkett επιφάνειας 165m² έχει υποστεί φθορές οι οποίες το καθιστούν επικίνδυνο για πιθανή εστία μόλυνσης και πηγή ανάπτυξης μικροβίων, επικίνδυνων για τους νεφροπαθείς ασθενείς. Για τους λόγους αυτούς η αντικατάστασή του κρίνεται απαραίτητη.

Οι εργασίες θα γίνουν τμηματικά (σε δύο στάδια), κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του τμήματος. Πρώτα θα κλείσει και θα απομονωθεί η μια αίθουσα και μετά η δεύτερη, πάντα με τις υποδείξεις του τμήματος Μ.Τ.Ν.

Οι εργασίες που απαιτούνται για την αντικατάσταση των δαπέδων είναι οι ακόλουθες:

- Αποξήλωση της υφιστάμενης επίστρωσης και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών με ευθύνη του αναδόχου.
- Τοπική επισκευή του υποστρώματος ώστε και μετά την αποξήλωση να είναι στέρεο, λείο, επίπεδο χωρίς υπολείμματα κόλλας ή άλλων οικοδομικών υλικών, τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες.
- Η επίστρωση του δαπέδου θα γίνει με βινυλικό δάπεδο κατάλληλο για Νοσοκομεία, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

-Ομοιογενές δάπεδο σε ρολό πλάτους 2 μέτρων.

-Συνολικό πάχος τουλάχιστον 2.0mm.

-Συνολικό βάρος τουλάχιστον 2.800 g/m²

-Ανθεκτικότητα σε στατική φόρτιση

-Ανθεκτικότητα σε τροχήλατα έπιπλα ή εξοπλισμό

-Αντιστατική συμπεριφορά

-Αντίσταση στην ολίσθηση

-Αντοχή σε χρήση χημικών

-Ανθεκτικότητα στην καύση

-Αντοχή σε αποχρωματισμό

-Αντίσταση σε βακτήρια και μύκητες

-Πιστοποίηση CE

-Εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών από τον οίκο παραγωγής.

Η απόχρωση θα επιλεγεί από δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδοχος.

Η συγκόλληση του δαπέδου θα γίνει με ειδική μαγνητική κόλλα κατάλληλη για βινυλικά δάπεδα, πάντοτε με βάση τις οδηγίες του οίκου παραγωγής. Η εφαρμογή της κόλλας θα γίνει με εργαλείο κατάλληλων προδιαγραφών (σπάτουλα).

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση υπολειμμάτων ρολών (ρετάλια). Εντός του χώρου το δάπεδο από τοίχο σε τοίχο κατά την κατεύθυνση τοποθέτησης του ρολού θα πρέπει να είναι ενιαίο.

Μετά το πέρας της τοποθέτησης, στο δάπεδο εφαρμόζεται (σταυρωτά), κύλινδρος ικανού βάρους, έτσι ώστε να φύγει όλος ο αέρας που έχει μείνει μεταξύ του δαπέδου και του υποστρώματος.

Οι αρμοί θα συγκολληθούν με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για δάπεδα τέτοιου τύπου και αντίστοιχου χρώματος με του δαπέδου. Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 χιλ. το δε βάθος του να είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του δαπέδου και ποτέ μεγαλύτερο από 2 χιλ. Μετά το πέρας της αρμοκόλλησης, το υλικό που περισεύει, αφαιρείται με την μέθοδο του τριμαρίσματος σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε διαφοροποίησης ύψους.

Τα σοβατεπί θα είναι κοίλα από το ίδιο υλικό του δαπέδου. Η ελαφρώς καμπυλωμένη γωνία δαπέδου-τοίχου θα επιτευχθεί με έτοιμο διαμορφωτικό προφίλ της κατασκευάστριας εταιρείας έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν ρηγμάτωση του υλικού τόσο κατά την τοποθέτηση όσο και στην φάση λειτουργίας των αιθουσών. Για την ικανοποιητική διασφάλιση της αναδίπλωσης του περιθωρίου το πλάτος δεν πρέπει να είναι λιγότερο των 10 εκ. επί του δαπέδου και 10 εκ. επί του τοίχου συμπεριλαμβανομένης και της αναδίπλωσης, σύνολο 20 εκ. Τα περιθώρια θα επικολληθούν με ειδική κόλλα. Οι αρμοί των περιθωρίων θα συγκολληθούν με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης. Για την προστασία της ακμής του περιθωρίου θα τοποθετηθεί με κόλλα ειδικό προφίλ (καπάκι).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατασκευή, κυρίως σε εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αρμοί θα είναι ερμητικά κλειστοί.

Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα για την κατασκευή τέτοιου είδους δαπέδων. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί όχληση στο υπόλοιπο τμήμα του Νοσοκομείου. Οι χώροι θα πρέπει να παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται:

Οι αποξηλώσεις και η απομάκρυνση από το Νοσοκομείο των προϊόντων καθαίρεσης.

Οι επισκευές του υποστρώματος.

Η προμήθεια και η τοποθέτηση των νέων δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων και υλικών που θα χρειαστούν (κόλλες, κορδόνια κ.α.).

Να δέχεται τις οδηγίες και το χρονοδιάγραμμα του Τμήματος της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, λόγω της ιδιαιτερότητας του τμήματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ