

ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι από 100% υδρόφιλο φυσικό βαμβάκι πιστοποιημένο για ιατρική χρήση και να επαληθεύει στην χρήση αυτές του τις ιδιότητες. Να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λπ..)

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη, η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90^0 μοίρες.

Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003 .

Αριθμός κλωστών ανα τετραγωνικό μέτρο	18
Κλωστές κατά στήμονα ανα 100 mm	100- ⁺⁵
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton,s ανά 50 mm στη διεύθυνση του στήμονα	50
κλωστές κατά κρόκη ανα 100 mm	80+-5
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton,s ανά 50 mm στη διεύθυνση της κρόκης	30
ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο	24

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+/-1%)εκατοστά (cm)και μήκος 100(+/-1%)μέτρων(m).

Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ZIK-ZAK) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

- 1.τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής
- 2.του είδους του περιεχόμενου
- 3.η ημερομηνία παραγωγής
- 4.ο αριθμός παρτίδας
- 5.οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)
- 6.ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας.
- 7.η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη μελάνη.
- 8.η σήμανση πιστότητας CE.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10 % της προσκομισθείσης ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής εάν απαιτηθεί θα αποστείλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.λ.π.)

Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.