

A/A	ΕΙΔΟΣ
1	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Συσκευή στερέωσης και σταθεροποίησης των λαρυγγικών και ενδοτραχειακών σωλήνων ειδικά σχεδιασμένη για να ασφαλίσει τους αεραγωγούς με έναν τυποποιημένο τρόπο. Η συσκευή να προσφέρει γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη σταθεροποίηση, περιορίζοντας δραματικά τις πιθανότητες διασταυρούμενης μόλυνσης και εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα και απρόβλεπτα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη χρήση ταινιών στερέωσης. Να είναι κατασκευασμένη από ελαστικό αφθώδες υλικό με αυτοκόλλητη επιφάνεια που να εφαρμόζεται απευθείας και να σταθεροποιεί τη συσκευή διαχείρισης αεραγωγού στο δέρμα του ασθενούς. Να μπορεί να ασφαλίσει όλους τους τύπους αεραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπεργλωττιδικών συσκευών, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να έχει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής στερέωση: ☐ Το ένα άκρο της συσκευής να έχει ειδική γωνιώδη σχεδίαση για να διευκολύνεται η βέλτιστη στερέωση στην κάτω και άνω γνάθο, παρέχοντας αυξημένη αντίσταση σε ακούσιες δυνάμεις αποσωλήνωσης. ☐ Το άλλο άκρο της συσκευής να φέρει διάμηκες διάτρητο τμήμα ώστε να μπορεί να χωριστεί σε δύο ισοπαχή τμήματα που θα καλύψουν τις ανάγκες στερέωσης σε ποικίλες χειρουργικές θέσεις αλλά και σε διάφορες άλλες συνθήκες διαχείρισης του αναπνευστικού των ασθενών. Να είναι κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες, με την ειδικά σχεδιασμένη απαλή κόλλα υψηλής αντοχής, ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς και τις δερματικές αντιδράσεις.
3	ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ (MANIFOLDS) 5 ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ Πολύβρυσα έγχυσης των πέντε στροφίγγων τύπου 3-way σε σειρά, με ξεχωριστές χρωματικές ενδείξεις και αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας απολύτου κλειστού συστήματος στις εισόδους τους, κατάλληλες για χρήση 7 ημερών. Να διαθέτουν ενσωματωμένο εξάρτημα στερέωσης σε στατώ και προέκταση μήκους 200cm από πολυαιθυλένιο με διατομή αυλού 2,5*4,1 mm. Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές ενώσεις και latex. Ειδικότερα οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) να είναι βαλβίδες ουδέτερης παλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης, περίπου 0,05ml(να δοθούν στοιχεία). β) εντελώς διαφανείς, χωρίς μεταλλικά τμήματα με επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης γ) συμβατές με υψηλές ροές για ταχεία χορήγηση, τουλάχιστον 300ml/min δ) με ευθεία και στρωτή διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας κάνουλας προστατευμένης από σπασίματα κατά την σύνδεσή τους με άκρο Luer.
5	1. ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ Το σύστημα να αποτελείται από μαξιλάρι, κατάλληλο για την στήριξη του θώρακα και της κοιλιάς με ειδικό σχεδιασμό ώστε να μην εμποδίσει την αναπνευστική λειτουργία (Να δοθούν λεπτομέρειες). 2. Η κατασκευή τους να εξασφαλίζει την μέγιστη βύθιση τους ασθενούς για μεγαλύτερη άνεση και ανακατανομή της πίεσης. (Να δοθούν λεπτομέρειες κατασκευής). 3. Η προστασία της κεφαλής και των δακτύλων ποδιών του ασθενούς σε πρηνή θέση, να πραγματοποιείται μέσω προστατευτικής γέλης κατασκευασμένης από ιατρική σιλικόνη σε συνδυασμό με αφρώδες υλικό χαμηλού βάρους (για κάθε γέλη πάχους μεγαλύτερη των 20 mm) ώστε να μειώνει στο ελάχιστο, τον μέσο όρο εφαρμοζόμενης πίεσης στον ασθενή (μικρότερη των 32mmHg). 4. Χωρίς Latex. 5. Να είναι αντιμικροβιακό με δυνατότητα απολύμανσης. 6. Να έχει διετή εγγύηση. 7. Να παρέχεται δυνατότητα επίδειξης και χρήσης. 1. Ένα (01) τεμάχιο προστατευτικής γέλης κεφαλής σε πρηνή θέση για διασωληνωμένους ασθενείς, διαστάσεων (280x240x140) mm περίπου 2. Ένα (01) τεμάχιο μαξιλάρι στήριξης θώρακα και κοιλιάς, διαστάσεων (480x1010x140) mm περίπου. 3. Ένα (01) τεμάχιο προστατευτικής ημικυλινδρικής γέλης δακτύλων μέσω ανύψωσης κνήμης, διαστάσεων (350x150x75) mm περίπου.
6	1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ - ΒΡΑΧΙΟΝΑ Να είναι κατασκευασμένο από ιατρική σιλικόνη σε συνδυασμό με αφρώδες υλικό χαμηλού βάρους ώστε να μειώνει στο ελάχιστο, τον μέσο όρο εφαρμοζόμενης πίεσης στον ασθενή ($\leq 32\text{mmHg}$). 2. Χωρίς Latex. 3. Ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε MRI. 4. Μη αλώγιμο.

	5. Να είναι αντιμικροβιακό με δυνατότητα απολύμανσης. 6. Να έχει διετή εγγύηση & διάρκεια ζωής 7 έτη τουλάχιστον. 7. Σήμανση CE. 8. Κατασκευαστής και προμηθευτής να διαθέτουν ISO13485 ή/και 9001. 9. Διαστάσεις 510x155x40 mm περίπου. 10. Να παρέχεται δυνατότητα επίδειξης προς αξιολόγηση.
7	1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ) Να είναι κατασκευασμένο από ιατρική σιλικόνη σε συνδυασμό με αφρώδες υλικό χαμηλού βάρους ώστε να μειώνει στο ελάχιστο, τον μέσο όρο εφαρμοζόμενης πίεσης στον ασθενή (μικρότερη των 32mmHg). 2. Χωρίς Latex. 3. Να είναι ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε MRI. 4. Μη αγωγίμο. 5. Να είναι αντιμικροβιακό με δυνατότητα απολύμανσης. 6. Να δίνεται διετής εγγύηση & διάρκεια ζωής 7 έτη τουλάχιστον. 7. Σήμανση CE. 8. Κατασκευαστής και προμηθευτής να διαθέτουν ISO13485 ή/και 9001. 9. Να διατίθεται σε διαστάσεις 20(Dia) x 5cm (h) περίπου. 10. Να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης προς αξιολόγηση
8	1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΤΕΡΝΑΣ Να είναι κατασκευασμένο από ιατρική σιλικόνη ώστε να μειώνει στο ελάχιστο, τον μέσο όρο εφαρμοζόμενης πίεσης στον ασθενή στον αχίλλειο τένοντα ($\leq 32\text{mmHg}$) & μηδενική εφαρμοζόμενη πίεση στην πτέρνα. 2. Να έχει αντιολισθητικό σχεδιασμό. 3. Να είναι υψηλής ανθεκτικότητας δίχως εξωτερική μεμβράνη (Film) . 4. Χωρίς Latex, με δυνατότητα κλιβανισμού. 5. Να δίνεται διετής εγγύηση & διάρκεια ζωής 7 έτη τουλάχιστον. 6. Να διαθέτει σήμανση CE. 7. Κατασκευαστής και προμηθευτής να διαθέτουν ISO13485 ή/και 9001. 8. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 125 x 160 x 70(h) mm περίπου. 9. Να διατίθεται σε ζεύγη. 10. Να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης προς αξιολόγηση.
9	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
26	αισθητήρες μέτρησης παραμέτρων του αντανάκλαστικού της κόρης του οφθαλμού, με χορήγηση συνοδού εξοπλισμού, για τους ασθενείς της Μ.Ε.Θ. Δακτύλιος μέτρησης της αντιδραστικότητας και των διαστάσεων της κόρης του οφθαλμού • Να είναι πολλαπλών χρήσεων για κάθε ασθενή • Να φέρει ενσωματωμένο μικροκύκλωμα με δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης των διαδοχικών μετρήσεων χωρητικότητας άνω των 160 ζευγών μετρήσεων, που να αντιστοιχούν σε περίπου 7 ημέρες νοσηλείας. • Να μετρά και να αποθηκεύει 8 διαφορετικές παραμέτρους που συνιστούν το αντανάκλαστικό της κόρης του οφθαλμού • Η συσκευή να διεγείρει την κόρη του οφθαλμού με μια απαλή λάμψη φωτός και η υπέρυθρη κάμερα που διαθέτει να συλλαμβάνει 90 εικόνες σε μια περίοδο 3 δευτερολέπτων • Τα αποθηκευμένα δεδομένα να μπορούν να μεταφερθούν σε υπολογιστή σε αρχείο μορφής excel. "