



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Τηλ. : 2641361226

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ: 24/03/2026

Αρ. Πρωτ.: 3929

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 27 ν. 4412/2016 (προθεσμίες του άρθρου 121)

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (2) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»**

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι SUPPLIES: – 2026

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Οργανική Μονάδα Έδρας Αγρινίου εκδίδει την παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως το άρθρο 27 (Ανοικτή διαδικασία), το άρθρο 121 (Προθεσμίες κάτω των ορίων), τα άρθρα 73–80 (Λόγοι αποκλεισμού & κριτήρια επιλογής, ΕΕΕΣ), το άρθρο 86 (Κριτήριο ανάθεσης), το άρθρο 105 (κατακύρωση), το άρθρο 132 (τροποποίηση σύμβασης) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021

ΣΧΕΤ.

1. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2026.
2. Την υπ.αρ. 13^η/18-03-2026 ΘΕΜΑ 2^ο πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και χρηματοδότηση για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (2) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
3. Η αρ. δέσμευση 609/05-03-2026 με ΑΔΑ: ΡΓΟΕ46904Μ-06Τ ανάληψη υποχρέωσης (δημοσιευμένη στο ΚΗΜΔΗΣ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (2) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- Οργανική Μονάδα Έδρας Αγρινίου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΑΛΕ (ΚΑΕ)
1	1545	4/2/2026	Προμήθεια δύο (2) καλωδίων διπολικής διαθερμίας για τη διαθερμία ALSA EXCELL 350 MCDSe ΤΟΥ Σηπτικού	2	250,00 €	500,00 €	24%	620,00 €	24101080 000101 (1439ΑΝ)

			Χειρουργείου των ΤΕΙ						
2	1546	4/2/2026	Προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή της φυγοκέντρου HEREAUS MEGAFUGE 40R του Αιματολογικού Τμήματος	1	99,00 €	99,00 €	24%	122,76 €	24101080 000101 (1439AN)
3	1553	4/2/2026	Προμήθεια δεκαπέντε (15) υγραντήρων για τα ροόμετρα οξυγόνου της Παθολογικής Κλινικής	15	17,00 €	255,00 €	24%	316,20 €	24101080 000101 (1439AN)
4	1890	11/2/2026	Προμήθεια έξι (6) τροφοδοτικών για την φωτεινή επιγραφή της κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου	6	21,50 €	128,99 €	24%	159,95 €	24101080 000101 (1439AN)
5	1945	12/2/2026	Κατασκευή και αντικατάσταση πάγκου και ντουλαπιών του Παιδιατρικού Ιατρείου των ΤΕΠ	1	470,00 €	470,00 €	24%	582,80 €	24101060 000101 (1413AN)
6	2018	13/2/2026	Προμήθεια πέντε (5) επιτοίχιων μονών ροομέτρων οξυγόνου και υγραντήρων για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής	5	62,00 €	310,00 €	24%	384,40 €	24101080 000101 (1439AN)
7	2286	18/2/2026	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τον Ξενώνα ΙΡΙΔΑ	1	142,00 €	142,00 €	24%	176,08 €	24101080 000101 (1439AN)
8	1744	9/2/2026	Προμήθεια μίας (1) καινούριας αυτόφωτης χειρολαβής αερότορ για την έδρα του 2ου Εξωτερικού Οδοντιατρικού	1	200,00 €	200,00 €	24%	248,00 €	24101040 000101 (1841AN)

			Ιατρείου						
9	2355	20/2/2026	Δαπάνη για την κατασκευή και αντικατάσταση ντουλαπιών του Ξενώνα ΑΡΓΩ	1	2.000,00 €	2.000,00 €	24%	2.480,00 €	24101060 000101 (1413ΑΝ)
10	2692	27/2/2026	Προμήθεια δύο (2) θαλάμων παροχής οξυγόνου (Oxygen Hoods) για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής	2	225,00 €	450,00 €	24%	558,00 €	24101080 000101 (1439ΑΝ)
11	2792	2/3/2026	Προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής	1	160,00 €	160,00 €	24%	198,40 €	24101080 000101 (1439ΑΝ)
			ΣΥΝΟΛΟ			4.714,99 €		5.846,59 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η σύμβαση είναι κάτω των ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 5.846,59 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/04/2026 ΩΡΑ 13:00

(τουλάχιστον 15 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ).

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους εταιρείας
 - β) Κωδ. Κατασκευαστή
 - γ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - δ) REF Number
 - ε) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοιχίας του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά

Α' φάση

A) Δικαιολογητικά Συμμετοχής

- **ΕΕΕΣ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 79)**

Υποβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταρκτική απόδειξη ότι:

- δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
- πληρούνται οι όροι της διακήρυξης

B) **Τεχνική προσφορά**, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) **Οικονομική προσφορά**,

B' φάση Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (σύμφωνα με άρθρο 80 παρ. 2 ν. 4412/2016 και εγκύκλιο 99864/15-12-2025)

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ** (άρθρο 73 παρ. 1)

Υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο για:

- διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.
- Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη Δ.Σ. Α.Ε.
- μέλη Δ.Σ. συνεταιρισμών

- νόμιμο εκπρόσωπο λοιπών νομικών προσώπων

Εναλλακτικά: Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

- **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ** (άρθρο 73 παρ. 2)

Για οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στην Ελλάδα:

- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΑΔΕ)
- Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ)
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Προθεσμία Υποβολής (άρθρο 121)

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται σε: **τουλάχιστον 15 ημέρες** από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότητρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότητρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης

επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διαχείριση υλικού gnadiaxylikou@gmail.com. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

Δημοσιότητα

Η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας:

- αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
- δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
- αναρτάται στο iSupplies

Αποσφράγιση – Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω iSupplies από την αρμόδια Επιτροπή.

Στάδια:

A φάση

1. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
2. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
3. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών
4. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

B φάση

5. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύμβασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Εχεμύθεια

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016) η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Πληρωμή – Κρατήσεις

Πληρωμή μετά την οριστική παραλαβή. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Προμήθεια δύο (2) καλωδίων διπολικής διαθερμίας για τη διαθερμία ALSA EXCELL 350 MCDS_e του Σηπτικού Χειρουργείου των ΤΕΙ.

Για την προμήθεια δύο (2) καλωδίων διπολικής διαθερμίας για την διαθερμία ALSA EXCELL 350 MCDS_e του Σηπτικού Χειρουργείου των Τ.Ε.Ι.

Καλώδιο διπολικής διαθερμίας → CPB/E5-BIPOLAR CABLE MCDS/MCDS_e/NHP-L.5M (2 τεμάχια)

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να απόλυτα συμβατά και κατάλληλα για χρήση στο παραπάνω μοντέλο διαθερμίας.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

A/A 2) Προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή της φυγοκέντρου HEREAUS MEGAFUGE 40R του Αιματολογικού Τμήματος.

Για την προμήθεια ανταλλακτικού προς επισκευή της φυγοκέντρου HEREAUS MEGAFUGE 40R με s/n: 41507120 του Αιματολογικού Τμήματος.

Για την επισκευή της φυγοκέντρου απαιτείται αντικατάσταση του ανταλλακτικού:

- LID LOCK (ΚΩΔΙΚΟΣ HS50144266) → 1 τεμάχιο

Η αντικατάσταση του ανταλλακτικού θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου για την μείωση της συνολικής δαπάνης

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Το υπό προμήθεια ανταλλακτικό θα πρέπει να είναι γνήσιο και απόλυτα συμβατό με το παραπάνω μοντέλο φυγοκέντρου.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται κατά την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς

A/A 3) Προμήθεια δεκαπέντε (15) υγραντήρων για τα ροόμετρα οξυγόνου της Παθολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια δεκαπέντε (15) υγραντήρων για τα ροόμετρα οξυγόνου της Παθολογικής Κλινικής.

Υγραντήρας

1. Να είναι τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων και κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (polycarbonate) και οι σύνδεσμοι να είναι κατασκευασμένοι από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο.
2. Να αποστειρώνεται σε αυτόματο κλίβανο θερμοκρασίας ατμού 121°C για 15 min. το μέγιστο είτε με χημικά μέσα.
3. Να συνδέεται σε ροόμετρα μέσω κοχλιωτού **μεταλλικού** συνδέσμου με σπείρωμα 9/16 UNF και να αποσπάται από αυτά εύκολα με το χέρι εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη.
4. Να διαθέτει σταθερή μεταλλική έξοδο.
5. Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 150-300 ml.
6. Η επιτρεπόμενη μέγιστη ροή αερίου να είναι άνω των 15 L/min και η μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί **να είναι 5 bar**.
7. Να διαθέτει CE mark. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό με την προσφορά.
8. Η φιάλη του νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.
9. Να αναγράφονται επί της συσκευής η μέγιστη και ελάχιστη στάθμη νερού, η μέγιστη πίεση λειτουργίας, η μέγιστη επιτρεπόμενη ροή, στοιχεία κατασκευαστή, τύπος συσκευής, η πιστοποίηση CE mark και ο τετραψήφιος αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.
10. Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8185. Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.
11. Να **υποστηρίζεται με ανταλλακτικά. Να κατατεθεί κατάλογος ανταλλακτικών** .

Πιστοποιητικά προμηθευτή:

- 1) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- 2) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- 3) Να είναι κάτοχος βεβαίωσης κατά YA 1348/04 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Πιστοποιητικά κατασκευαστή:

- 1) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- 2) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν με την οικονομική προσφορά.

A/A 4) Προμήθεια έξι (6) τροφοδοτικών για την φωτεινή επιγραφή της κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου.

Για την προμήθεια έξι (6) τροφοδοτικών για την φωτεινή επιγραφή της κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το α) σχετικό χρειάζεται άμεσα η αντικατάστασή τους λόγω φθορά τους από τα χρόνια λειτουργίας τους.

Αναλυτικά θα χρειαστούν τα κάτωθι:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED CUBALUX 100W 12VDC IP67 CUBALUX	4	24,03 €	96,11 €
2	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED CUBALUX 60W 12VDC IP67 CUBALUX	2	16,44 €	32,88 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		6		128,99 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

A/A 5) Κατασκευή και αντικατάσταση πάγκου και ντουλαπιών του Παιδιατρικού Ιατρείου των ΤΕΠ.

Για την κατασκευή και αντικατάσταση πάγκου και ντουλαπιών στο Παιδιατρικό Ιατρείο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Τα υπάρχοντα ντουλάπια χρήζουν αντικατάστασης λόγω παλαιότητας και φθοράς.

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

- Ντουλάπι διαστάσεων 0,60m×0,85m×0,56m με προσόψεις.
- Ντουλάπι διαστάσεων 0,70m×0,85m×0,56m χωρίς προσόψεις.
- Ντουλάπι συρταριέρα με τέσσερα (4) συρτάρια διαστάσεων 0,45m×0,85m×0,56m μαζί με πάγκο HPL πάχους 3cm και μήκους 1,80m με επικάλυψη φορμάικας χρώματος λευκό.
- Ράφι κρεμαστό διαστάσεων 1,70m×0,20m×2,5cm χρώματος λευκό.

Τα ντουλάπια θα είναι από μελαμίνη λευκή πάχους 16mm και οι προσόψεις από 18mm.

Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

A/A 6) Προμήθεια πέντε (5) επιτοιχίων μονών ροομέτρων οξυγόνου και υγραντήρων για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής.

Για την προμήθεια πέντε (5) επιτοιχίων μονών ροόμετρων οξυγόνου με υγραντήρα πολλαπλών χρήσεων (**ένα ροόμετρο των 15lpm με έναν υγραντήρα πολλαπλών χρήσεων**) και βύσμα ENV 737-6 για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής.

Αναλυτικότερα:

Ροόμετρο (**μονό**) κατάλληλο για ενηλικούς και γενική νοσοκομειακή χρήση, το οποίο να συνδέεται σε λήψεις οξυγόνου με ειδικό ταχυσύνδεσμο οξυγόνου ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου ή κενού → **Τεμάχια 5.**

Ο **ταχυσύνδεσμος οξυγόνου** θα πρέπει να είναι κατάλληλος για λήψεις οξυγόνου κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο **ENV 737-6**.

Τα ανωτέρω ροόμετρα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Έξοδο κοχλιωτή με σπείρωμα 9/16 για τη σύνδεση διάφορων συσκευών (υγραντήρες, ρουξούνια, κλπ).
2. Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό και όχι πλαστικό υλικό και η μετρητική διάταξη από άθραυστο διάφανο πλαστικό υλικό.
3. Να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 λίτρα ανά λεπτό με περιστροφικό διακόπτη ,φέροντα ενδείξεις on-off. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπίλια, ενώ οι ενδείξεις μέτρησης της ροής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ροόμετρου, για να μην σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς.
4. Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου να είναι σε λίτρα ανά λεπτό και η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 1 lit/min αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min.
5. Η ακρίβεια για ροές της πλήρους κλίμακας να είναι είτε $\pm 10\%$ είτε $\pm 0,5$ lit/min .Η ακρίβεια πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή.
6. Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξής, να είναι 4 bar.
7. Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο.
8. Να αναγράφονται ανεξίτηλα και όχι με αυτοκόλλητο επί του σώματος του ροόμετρου τα ακόλουθα:
 - Ο συμβολισμός (O₂), ή και η λέξη OXYGEN ή ΟΞΥΓΟΝΟ.
 - Στοιχεία ιχνιλασιμότητας όπως τύπος (μοντέλο) της συσκευής, αριθμός παρτίδας χρονολογία κατασκευής
 - Μοναδικός σειριακός αριθμός.
 - Η πίεση εισόδου για την οποία είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί και έχει καλιμπραριστεί το ροόμετρο.
 - Ένδειξη για το σημείο της μπίλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή.
 - Η φράση «USE NO OIL» ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα Ελληνικά ή αντίστοιχος συμβολισμός.
 - Ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου.
 - Η μονάδα μέτρησης ροής l/min (λίτρα ανά λεπτό).

Υγραντήρας

1. Να είναι τύπου φουσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων και κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (polycarbonate) και οι σύνδεσμοι να είναι κατασκευασμένοι από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο.
2. Να αποστειρώνεται σε αυτόματο κλίβανο θερμοκρασίας ατμού 121°C για 15 min. το μέγιστο είτε με χημικά μέσα.
3. Να συνδέεται σε ροόμετρα μέσω κοχλιωτού **μεταλλικού** συνδέσμου με σπείρωμα 9/16 UNF και να αποσπάται από αυτά εύκολα με το χέρι εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη.
4. Να διαθέτει σταθερή μεταλλική έξοδο.
5. Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 150-300 ml.
6. Η επιτρεπόμενη μέγιστη ροή αερίου να είναι άνω των 15 L/min και η μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί **να είναι 5 bar**.
7. Να διαθέτει CE mark. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό με την προσφορά.
8. Η φιάλη του νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.
9. Να αναγράφονται επί της συσκευής η μέγιστη και ελάχιστη στάθμη νερού, η μέγιστη πίεση λειτουργίας, η μέγιστη επιτρεπόμενη ροή, στοιχεία κατασκευαστή, τύπος συσκευής, η πιστοποίηση CE mark και ο τετραψήφιος αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.
10. Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8185. Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.
11. Να **υποστηρίζεται με ανταλλακτικά. Να κατατεθεί κατάλογος ανταλλακτικών** .

Πιστοποιητικά προμηθευτή

1. Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
2. Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
3. Να είναι κάτοχος βεβαίωσης κατά YA 1348/04 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Πιστοποιητικά κατασκευαστή

1. Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
2. Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα καθώς και από πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης των ειδών ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ EEC /14-07-2014.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν με την οικονομική προσφορά.

A/A 7) Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τον Ξενώνα ΙΡΙΔΑ.

Για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Ξενώνα ΙΡΙΔΑ. Σύμφωνα με το α) σχετικό πρέπει να γίνει προμήθεια:

- Πρίζες σούκο χωνευτές 10 τμχ
- Φωτιστικά ασφαλείας LED 7 τμχ

Κατόπιν ελέγχου από Ηλεκτρολόγο του Νοσοκομείου κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση των πριζών λόγω παλαιότητας αλλά και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας ώστε σε περίπτωση διακοπής να υπάρχει φωτισμός στους χώρους του Ξενώνα.

Τα φωτιστικά ασφαλείας θα τοποθετηθούν από τους Ηλεκτρολόγους του Νοσοκομείου και θα ενεργοποιούνται σε διακοπή ρεύματος.

A/A 8) Προμήθεια μίας (1) καινούριας αυτόφωτης χειρολαβής αερότορ για την έδρα του 2ου Εξωτερικού Οδοντιατρικού Ιατρείου.

Για την προμήθεια μίας (1) καινούριας αυτόφωτης χειρολαβής αερότορ για την έδρα του 2ου Εξωτερικού Οδοντιατρικού Ιατρείου. Η υπάρχουσα χειρολαβή παρουσίασε βλάβη η οποία δεν ήταν εφικτό να αποκατασταθεί και κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή της.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αυτόφωτης Χειρολαβής Αερότορ

- Επίπεδο θορύβου $\leq 70\text{dB}$.
- Εφαρμόσιμο γείσο $\varnothing 1,59- \varnothing 1,6\text{mm} \times 21-23\text{mm}$.
- Πίεση Αέρα στο πίσω άκρο του HP: 0,25-0,28MPa (4 οπές) 0,20-0,22MPa (2 οπές).
- Ταχύτητα περιστροφής $\geq 280.000\text{rpm}$.
- Τύπος τσόκ → κουμπί.
- Τύπος φωτισμού → LED.

A/A 9) Δαπάνη για την κατασκευή και αντικατάσταση ντουλαπιών του Ξενώνα ΑΡΓΩ.

Για την κατασκευή και αντικατάσταση ντουλαπιών της κουζίνας του 2^{ου} ορόφου του Ξενώνα ΑΡΓΩ. Τα υπάρχοντα ντουλάπια χρήζουν αντικατάστασης λόγω παλαιότητας και φθοράς.

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Ντουλάπια βάσεως διαστάσεις:

- Ντουλάπι νεροχύτη 0,96μ×0,56μ×0,82μ 1 τμχ
- Ντουλάπι συρταριέρα 0,55μ×0,56μ×0,82μ 1 τμχ
- Ντουλάπι αποθηκευτικό 0,85μ×0,56μ×0,82μ 1 τμχ
- Ντουλάπι γωνίας τυφλό 1,20μ×0,56μ×0,82μ 1 τμχ
- Ντουλάπι αποθηκευτικό 0,90μ×0,56μ×0,82μ 1 τμχ

Ντουλάπια κρεμαστά διαστάσεις:

- Ντουλάπι αποθηκευτικό 1,35μ×0,31μ×0,72μ 1 τμχ
- Ντουλάπι απορροφητήρα 0,60μ×0,31μ×0,72μ 1 τμχ
- Ντουλάπι αποθηκευτικό 0,95μ×0,31μ×0,72μ 2 τμχ
- Ντουλάπι ψυγείου 0,72μ×0,31μ×0,30μ 1 τμχ

Τα ντουλάπια θα είναι από μελαμίνη λευκή 16mm και οι προσόψεις από μελαμίνη έγχρωμη 18mm.

Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται νεροχύτης κουζίνας INOX, απορροφητήρας κουζίνας συρόμενος INOX και πάγκος κουζίνας πάχους 3cm και μήκους 4,5m.

Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

Ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να επισκεφθεί τον Ξενώνα για να εκτιμήσει το έργο και να λάβει βεβαίωση αυτοψίας από την Τεχνική Υπηρεσία, την οποία θα καταθέσει με την προσφορά του.

A/A 10) Προμήθεια δύο (2) θαλάμων παροχής οξυγόνου (Oxygen Hoods) για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής.

Για την προμήθεια δύο (2) θαλάμων παροχής οξυγόνου (Oxygen Hoods) για τις αυξημένες ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά θαλάμου παροχής οξυγόνου (Oxygen Hood):

- Να είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό διάφανο υλικό.
- Να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο.
- Να προσφέρει τη δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης του ασθενή από οποιαδήποτε γωνία.

- Τα άκρα του Hood να είναι δια χειρός επεξεργασμένα - καμπυλωμένα για αποτελεσματικό καθάρισμα.
- Να είναι σχεδιασμένο χωρίς γωνίες για καλύτερη - ομοιόμορφη διάχυση του αερίου και καλύτερο έλεγχο θερμοκρασίας στο εσωτερικό του.
- Να έχει διαστάσεις : 297 x 284 x 192 (mm) περίπου.
- Το άνοιγμα της κεφαλής είναι στρογγυλεμένο σε σχήμα Οβάλ ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και οι ερεθισμοί του νεογνού.
- Να διαθέτει προσαρμογή σιλικόνης στο άνοιγμα της κεφαλής για ελαχιστοποίηση απωλειών του οξυγόνου.
- Να διαθέτει μεγέθη σιλικόνης προσαρμογής ανάλογα με το κεφάλι του νεογνού: νεογνικό (5mm), βρεφικό (9mm), παιδιατρικό (22mm).
- Να διαθέτει θύρα εισαγωγής σωλήνα 100% οξυγόνου ή μίκτη οξυγόνου/ αέρα.
- Να φέρει πιστοποιήσεις CE και ISO από τον κατασκευαστικό οίκο.

Γενικοί όροι:

- Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας,

- Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον **δύο (2) ετών**, από την παράδοση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης, πλην αναλωσίμων και φθορών κακής χρήσης, με ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατασκευαστικό οίκο.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 11) Προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων συμβατά με τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής.

Αναλυτικά:

Καλώδιο σύνδεσης περιχειρίδων νεογνών (2.50m 2T NEO-SNAP) → 1 τεμάχιο.

Περιχειρίδα νεογνών No1 (3-6cm) περιορισμένης χρήσης→ 5 τεμάχια.

Περιχειρίδα νεογνών No2 (4-8cm) περιορισμένης χρήσης→ 5 τεμάχια.

Περιχειρίδα νεογνών No3 (6-11cm) περιορισμένης χρήσης→ 5 τεμάχια.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο πιεσόμετρου-οξύμετρου.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ