



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
Ταχ. Δ/ση : 3<sup>ο</sup> χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ  
Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ  
Τηλ. : 2641361226  
Email: [promitheies@hospital-agrinio.gr](mailto:promitheies@hospital-agrinio.gr)

ΑΓΡΙΝΙΟ: 30/03/2026  
Αρ. Πρωτ.: 4218

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

**Άρθρο 27 ν. 4412/2016 ( προθεσμίες του άρθρου 121)**

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (2) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»**

**ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι SUPPLIES: – 2026**

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Οργανική Μονάδα Έδρας Αγρινίου εκδίδει την παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως το άρθρο 27 (Ανοικτή διαδικασία), το άρθρο 121 (Προθεσμίες κάτω των ορίων), τα άρθρα 73–80 (Λόγοι αποκλεισμού & κριτήρια επιλογής, ΕΕΕΣ), το άρθρο 86 (Κριτήριο ανάθεσης), το άρθρο 105 (κατακύρωση), το άρθρο 132 (τροποποίηση σύμβασης) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021

ΣΧΕΤ.

1. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2026.
2. Την υπ.αρ. 4080/27-03-2026απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και χρηματοδότηση για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (2) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
3. Η αρ. δέσμευση 649/24-03-2026 με ΑΔΑ: ΨΒ1Υ46904Μ-ΞΟΤ ανάληψη υποχρέωσης (δημοσιευμένη στο ΚΗΜΔΗΣ).

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (2) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- Οργανική Μονάδα Έδρας Αγρινίου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A / A	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟ Σ/Τ Α	ΔΑΠΑΝ Η /ΤΕΜΑΧ ΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ Π Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΑΛΕ (ΚΑΕ)
1	1955	12/2/2026	Ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης του Νοσοκομείου	1	9.500,00 €	9.500,00 €	24 %	11.780,00 €	242030100001 01 (0879ΑΝ)
2	2133	16/2/2026	Προληπτική συντήρηση των μικροσκοπίων των	21	147,14 €	3.090,00 €	24 %	3.831,60 €	242030400001 01 (0889ΑΝ)

			Διαγνωστικών Εργαστηρίων - Αιμοδοσίας - Μεσογειακής Αναιμίας					
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>12.590,00 €</b>		<b>15.611,60 €</b>

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η σύμβαση είναι κάτω των ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 15.611,60 € με Φ.Π.Α.**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13/04/2026 ΩΡΑ 13:00**

**(τουλάχιστον 15 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ).**

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

**Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.**

### **Δικαίωμα Συμμετοχής**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016.

### **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:**

- Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
  - Κωδικός είδους εταιρείας
  - Κωδ. Κατασκευαστή
  - Κατηγορία και περιγραφή υλικού
  - REF Number
  - Κατασκευαστικός οίκος
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GrEMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
- Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ'επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

## **Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά**

### **Α' φάση**

#### **A) Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

- **ΕΕΕΣ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 79)**

Υποβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταρκτική απόδειξη ότι:

- δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
- πληρούνται οι όροι της διακήρυξης

B) **Τεχνική προσφορά**, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) **Οικονομική προσφορά**.

**Β' φάση Δικαιολογητικά Κατακύρωσης** (σύμφωνα με άρθρο 80 παρ. 2 ν. 4412/2016 και εγκύκλιο 99864/15-12-2025)

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ** (άρθρο 73 παρ. 1)

Υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο για:

- διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.
- Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη Δ.Σ. Α.Ε.
- μέλη Δ.Σ. συνεταιρισμών
- νόμιμο εκπρόσωπο λοιπών νομικών προσώπων

**Εναλλακτικά:** Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

- **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ** (άρθρο 73 παρ. 2)

Για οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στην Ελλάδα:

- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΑΔΕ)
- Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ)
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ

## **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ**

**Τιμή προσφοράς:** Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

## **Προθεσμία Υποβολής (άρθρο 121)**

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται σε: **τουλάχιστον 15 ημέρες** από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

**Χρόνος ισχύος προσφορών:** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

## **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:**

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

## **Ειδικοί Όροι συμμετοχής:**

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διαχείριση υλικού [gnaðiaxylikou@gmail.com](mailto:gnaðiaxylikou@gmail.com). Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

## **ΓΕΝΙΚΑ**

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

## **Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)**

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

### **Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

### **Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών**

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

### **Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

### **Δημοσιότητα**

Η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας:

- αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
- δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
- αναρτάται στο iSupplies

### **Αποσφράγιση – Αξιολόγηση**

Η αποσφράγιση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω iSupplies από την αρμόδια Επιτροπή.

Στάδια:

### **Α φάση**

1. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
2. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
3. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών
4. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

### **Β' φάση**

5. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων

### **Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης**

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύμβασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

### **Εχεμύθεια**

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016)η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

### **Πληρωμή – Κρατήσεις**

Πληρωμή μετά την οριστική παραλαβή. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

#### **A/A 1) Ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης του Νοσοκομείου.**

Για την συντήρηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης του Νοσοκομείου μας.

#### **Η τρέχουσα σύμβαση με αρ. 45/2025 λήγει στις 12/3/2026.**

Το πρόγραμμα συντήρησης θα ισχύει για ένα (1) έτος και θα περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις ανά εξάμηνο.

Οι εργασίες συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης σε κάθε επίσκεψη θα είναι:

<b>A/A</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ</b>	<b>ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ</b>
1	Έλεγχος και δοκιμή κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης και επαναληπτικών πινάκων	•
2	Έλεγχος λειτουργικότητας οθόνης,LED,βομβητή και πλήκτρων οθόνης	•

3	Έλεγχος κατάστασης των πηγών τροφοδοσίας(κύριας και συσσωρευτών)	•
4	Έλεγχος αρχείου καταγραφής συμβάντων εάν υπάρχουν σφάλματα ή συναγερμού που πρέπει να διερευνηθούν	•
5	Έλεγχος επικοινωνίας με κεντρικό σταθμό, αν υφίσταται	•
6	Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας τηλεφωνητή, αν υφίσταται	•
7	Έλεγχος εξωτερικών τροφοδοτικών και βαθμίδων φόρτισης συσσωρευτών, αν υφίστανται	•
8	Έλεγχος μια φορά ετησίως, όλων των ανιχνευτών και συσκευών αναγγελίας(κομβία)	•
9	Καθαρισμός σημειακών ανιχνευτών (addressable), εφόσον έχει σημειωθεί σχετική βλάβη ή μετά από έλεγχο ποσοστών στο λογισμικό του πίνακα πυρανίχνευσης.	•
10	Δοκιμή συστήματος αναγγελίας συναγερμού ανά σενάριο, αν υφίσταται	•
11	Δοκιμή λειτουργίας βοηθητικών εντολών προς A/C, fire dumpers, τρίτων συστημάτων κλπ, αν υφίσταται	•
12	Αποθήκευση και αποστολή back up βάσης προγραμματισμού στον server, μια φορά ετησίως	•

Οι εργασίες συντήρησης του συστήματος κατάσβεσης σε κάθε επίσκεψη θα είναι:

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ IG 541(INERGEN) – CO2	ΚΥΡΙΑ	ΕΠΟΜΕΝΗ
1	Έλεγχος και δοκιμή τοπικών πινάκων κατάσβεσης	•	•
2	Έλεγχος των LED, βομβητή και πλήκτρων οθόνης	•	•
3	Έλεγχος μια φορά ετησίως κάθε συστήματος κατάσβεσης ξεχωριστά, με παράλληλη ενεργοποίηση δύο ανιχνευτών και δοκιμή λειτουργίας	•	
4	Δοκιμή κομβίου ή κλειδοδιακόπτη κάθε συστήματος κατάσβεσης	•	•
5	Έλεγχος για fire alarm / fault στο σύστημα πυρανίχνευσης	•	•
6	Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος χωρίς κύρια τροφοδοσία(μόνο με συσσωρευτές)	•	•
7	Έλεγχος του δικτύου σωληνώσεων για τροποποιήσεις ή αλλαγές από την τελευταία συντήρηση	•	•
8	Οπτικός έλεγχος εξαρτημάτων ενεργοποίησης φιαλών, σωληνώσεων και ακροφυσίων	•	•
9	Έλεγχος στηριγμάτων σωληνώσεων ότι βρίσκονται στις κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους	•	
10	Έλεγχος των ακροφυσίων για σωστή κατεύθυνση και παρεμπόδιση λειτουργίας τους	•	•
11	Έλεγχος κατάλληλης βαφής της σωλήνωσης (Ral 3000 κόκκινο)	•	
12	Έλεγχος φιαλών για χτυπήματα ή/και εξωτερική διάβρωση	•	•
13	Έλεγχος σωστής τοποθέτησης βάσεων στήριξης φιαλών	•	
14	Έλεγχος ύπαρξης πινακίδων σήμανσης των φιαλών και του χώρου	•	•
15	Έλεγχος σύνδεσης πρεσοστάτη στον πίνακα κατάσβεσης	•	•
16	Αναφορά όσων φιαλών χρειάζονται υδραυλική δοκιμή (απαιτείται ανά 10 έτη)	•	•

17	Αναφορά όσων ενεργοποιητών ή πυροκροτητών απαιτούν αντικατάσταση	•	•
18	Έλεγχος όλων των συνδέσεων του δικτύου πνευματικής ενεργοποίησης	•	•
19	Έλεγχος καλωδίωσης σωληνοειδή ενεργοποιητή	•	•
20	Έλεγχος στάθμης κατασβεστικού υλικού φιαλών CO2 με την χρήση εξοπλισμού υπερήχων	•	
21	Έλεγχος πίεσης φιαλών IG-541, με την χρήση ενσωματωμένου μανόμετρου πίεσης στη φιάλη	•	•
22	Πίνακας κατάσβεσης πιστοποιημένος κατά EN54 pt.2&4 και EN12094-1	•	
23	Έλεγχος μεταλλικών προστατευτικών καλυμμάτων ακροφυσίων ANSUL, αν υπάρχουν	•	
24	Αναφορά όσων φιαλών ANSUL χρειάζονται υδραυλική δοκιμή, (απαιτείται ανά 10 έτη)	•	
25	Αναφορά αντικατάστασης κατασβεστικού μέσου ANSUL (απαιτείται ανά 10 έτη)	•	
26	Αναφορά αντικατάστασης προωθητικού φιαλλιδίου ANSUL (απαιτείται ανά 10 έτη)	•	
27	Αναφορά αντικατάστασης σωλήνα αερίου ANSUL υπό πίεση (απαιτείται ανά 3 έτη)	•	

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, **με ποινή αποκλεισμού** σε κάθε περίπτωση, με την προσφορά τα παρακάτω:

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 (Διαχείριση, Αποθήκευση και Διακίνηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών), Πιστοποιητικό ISO 22301:2019 με πεδίο εφαρμογής την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης.
- Έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι προηγήθηκε της προσφοράς επίσκεψη της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου για αυτοψία των εγκαταστάσεων.
- Πιστοποίηση που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει την τεχνική επάρκεια με σκοπό την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων του κατασκευαστικού οίκου συστημάτων πυρανίχνευσης NOTIFIER by HONEYWELL, δεδομένου ότι αφενός τα συστήματα πυρανίχνευσης που διαθέτει το ΓΝΑ σήμερα είναι του εν λόγω οίκου, αφετέρου θα απαιτηθεί εξειδικευμένο λογισμικό διασύνδεσης με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης για την επίτευξη των εργασιών συντήρησης.
- Πιστοποίηση που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει την τεχνική επάρκεια με σκοπό την εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος κατάσβεσης Ansul R102 εντός των επαγγελματικών μαγειρείων του κατασκευαστικού Οίκου ANSUL, δεδομένου ότι τα συστήματα κατάσβεσης επαγγελματικών μαγειρείων που διαθέτει το ΓΝΑ σήμερα είναι του εν λόγω οίκου.
- Πιστοποίηση που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει την τεχνική επάρκεια με σκοπό την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων του κατασκευαστικού οίκου συστημάτων ανίχνευσης/κατάσβεσης KENTEC, δεδομένου ότι τα συστήματα αυτόματης ανίχνευσης/κατάσβεσης CO2 και INERGEN που διαθέτει το ΓΝΑ σήμερα είναι του εν λόγω οίκου.
- Συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης:

(α) Αστική Ευθύνη Προϊόντος μέχρι ποσού ευρώ 50.000 ανά γεγονός υλικής ζημίας/σωματικής βλάβης με ανώτατο όριο ευθύνης ποσού ευρώ 100.000.

(β) Γενική Αστική Ευθύνη προς τρίτους μέχρι ποσού ευρώ 75.000 ανά γεγονός υλικής ζημίας/σωματικής βλάβης κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των ευρώ 225.000.

Στην ανωτέρω δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνονται:

1. Αναγόμωση φιαλών (εφόσον απαιτείται).
2. Υδραυλική δοκιμή φιαλών (εφόσον απαιτείται).
3. Αντικατάσταση των σωληνοειδών ενεργοποιητών ή πυροκροτητών (εφόσον απαιτείται).
4. Αντικατάσταση εύτηκτων συνδέσμων ανά 6μηνο στα συστήματα κατάσβεσης κουζίνας.

Εάν και εφ' όσον απαιτούνται τα παραπάνω η δαπάνη θα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Τεχνικό προσωπικό για την επέμβαση άρσης βλάβης εντός 24ωρου από την κλήση για τις εργάσιμες ώρες (08:00-17:30) και ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης.

Ο ανάδοχος οφείλει με το πέρας των εργασιών δοκιμών, συντήρησης και ελέγχου να μας καταθέσει λεπτομερή τεχνική έκθεση των ευρημάτων και σχετική οικονομική προσφορά άρσης ενδεχόμενων βλαβών και σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών εάν απαιτηθεί.

## **A/A 2) Προληπτική συντήρηση των μικροσκοπίων των Διαγνωστικών Εργαστηρίων - Αιμοδοσίας - Μεσογειακής Αναιμίας.**

Για την συντήρηση είκοσι ενός (21) μικροσκοπίων (και με κάμερα όποια διαθέτουν) που βρίσκονται σε λειτουργία στα Διαγνωστικά Εργαστήρια, στην Αιμοδοσία και τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας.

Η τελευταία συντήρηση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

### Αναλυτικότερα τα μικροσκόπια:

1. LEICA DM 1000 με sn 360457
2. LEICA DM 1000 με sn 360460
3. LEICA DM 1000 με sn 293658-072007
4. LEICA DM 1000 με sn 360458
5. LEICA DM 1000 με sn 360476
6. LEICA DM 1000 με sn 360454
7. LEICA DM 1000 με sn 360466
8. LEICA DM 1000 με sn 360448

9. LEICA DM 1000 με sn 360350
10. LEICA DM 1000 με sn 360462
11. LEICA DM 1000 με sn 360461
12. LEICA DM 1000 με sn 360459
13. LEICA DM 1000 με sn 360464
14. LEICA DM 1000 με sn 360455
15. LEICA DM 2000 and DFC345 FX με sn 355219
16. LEICA DM 2000 and DFC345 FX με sn 355216
17. LEICA DM 2000 με sn 355215
18. OLYMPUS BX40CYF 5M00950
19. OLYMPUS BX40F 4C07301
20. OLYMPUS BH-2 239120
21. NIKON OPTIHOT-2 135585

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α.Υ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Οι τεχνικοί που θα εκτελέσουν τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο LEICA.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την συντήρηση όλων των μικροσκοπίων και όχι τμήμα αυτών, διαφορετικά δεν θα γίνουν αποδεκτές.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**