



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Τηλ. : 2641361226

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ: 04/06/2026

Αρ. Πρωτ.: 7419

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 27 ν. 4412/2016 (προθεσμίες του άρθρου 121)

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (4) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»**

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι SUPPLIES: – 2026

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Οργανική Μονάδα Έδρας Αγρινίου εκδίδει την παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως το άρθρο 27 (Ανοικτή διαδικασία), το άρθρο 121 (Προθεσμίες κάτω των ορίων), τα άρθρα 73–80 (Λόγοι αποκλεισμού & κριτήρια επιλογής, ΕΕΕΣ), το άρθρο 86 (Κριτήριο ανάθεσης), το άρθρο 105 (κατακύρωση), το άρθρο 132 (τροποποίηση σύμβασης) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021

ΣΧΕΤ.

1. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2026.
2. Την υπ.αρ. 21^{ης}/27-05-2026 ΘΕΜΑ 6ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και χρηματοδότηση για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (4) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
3. Η αρ. δέσμευση 886/21-05-2026 με ΑΔΑ: 63ΤΤ46904Μ-58Ψ ανάληψη υποχρέωσης (δημοσιευμένη στο ΚΗΜΔΗΣ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την προμήθεια «**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (4) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**» **ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- Οργανική Μονάδα Έδρας Αγρινίου** για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΑΛΕ (ΚΑΕ)
1	3803	20/3/2026	Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών και βάσης φόρτισης για τα φορητά οξύμετρα EDAN H100B της Μαιευτικής-	2	95,00 €	190,00 €	24%	235,60 €	24101080000101 (1439ΑΝ)

			Γυναικολογικής Κλινικής						
2	4515	3/4/2026	Προμήθεια οκτώ (8) επιτοίχιων διπλών ροόμετρων οξυγόνου χωρίς υγρανήρες για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής	8	85,00 €	680,00 €	24%	843,20 €	24101080000101 (1439AN)
3	5202	22/4/2026	Προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα - οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Χειρουργικής Κλινικής	1	120,00 €	120,00 €	24%	148,80 €	24101080000101 (1439AN)
4	5307	24/4/2026	Προμήθεια δύο (2) δεκαπολικών καλωδίων ασθενούς για τους ΗΚΓ EDAN SE-1201 της Παθολογικής Κλινικής	2	150,00 €	300,00 €	24%	372,00 €	24101080000101 (1439AN)
5	5397	27/4/2026	Προμήθεια εξαρτημάτων για μόνιτορ GE DASH 5000 της Μονάδας Εμφραγματών	1	625,00 €	625,00 €	24%	775,00 €	24101080000101 (1439AN)
6	6049	8/5/2026	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου	1	3.864,52 €	3.864,52 €	24%	4.792,00 €	24101080000101 (1439AN)
7	6198	12/5/2026	Προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Ουρολογικής Κλινικής	1	90,00 €	90,00 €	24%	111,60 €	24101080000101 (1439AN)
8	6262	13/5/2026	Προμήθεια ανταλλακτικών για κλίνες νοσηλείας της Ορθοπαιδικής Κλινικής	1	1.286,00 €	1.286,00 €	24%	1.594,64 €	24101080000101 (1439AN)
9	6338	14/5/2026	Προμήθεια ενός ουδέτερου ηλεκτροδίου (γείωσης) για τη διαθερμία ALSA EXCELL 350 MCDS του Σηπτικού Χειρουργείου των ΤΕΙ	1	203,00 €	203,00 €	24%	251,72 €	24101080000101 (1439AN)
10	6364	14/5/2026	Προμήθεια έξι (6) επαναφορτιζόμενων μπαταριών για απινιδωτές NihonKohden της Καρδιολογικής Κλινικής, της Παιδιατρικής Κλινικής, της Μ+Γ Κλινικής, της Μονάδας	6	240,00 €	1.440,00 €	24%	1.785,60 €	24101080000101 (1439AN)

			Εμφραγμάτων και των ΤΕΠ						
11	6367	14/5/2026	Προμήθεια εξαρτήματος συμβατού με Χειρουργικές Τράπεζες OPT ASSO των Χειρουργείων για χρήση σε Ορθοπεδικές Χειρουργικές επεμβάσεις	1	4.530,00 €	4.530,00 €	24%	5.617,20 €	24101080000101 (1439AN)
12	6385	14/5/2026	Προμήθεια ανταλλακτικών για κλίνες νοσηλείας των Κλινικών του Νοσοκομείου τύπου ΚΕΡΑ Model:6001	8	10,00 €	80,00 €	24%	99,20 €	24101080000101 (1439AN)
			ΣΥΝΟΛΟ			13.218,52 €		16.626,56 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η σύμβαση είναι κάτω των ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 16.626,56 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/06/2026 ΩΡΑ 13:00

(τουλάχιστον 15 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ).

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους εταιρείας

- β) Κωδ. Κατασκευαστή
 - γ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - δ) REF Number
 - ε) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
 3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοιχίσης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
 4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
 5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
 6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.
 7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά

Α' φάση

A) Δικαιολογητικά Συμμετοχής

- **ΕΕΕΣ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 79)**

Υποβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταρκτική απόδειξη ότι:

- δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
- πληρούνται οι όροι της διακήρυξης

B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) Οικονομική προσφορά.

B' φάση Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (σύμφωνα με άρθρο 80 παρ. 2 ν. 4412/2016 και εγκύκλιο 99864/15-12-2025)

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ** (άρθρο 73 παρ. 1)

Υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο για:

- διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.
- Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη Δ.Σ. Α.Ε.
- μέλη Δ.Σ. συνεταιρισμών
- νόμιμο εκπρόσωπο λοιπών νομικών προσώπων

Εναλλακτικά: Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

- **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ** (άρθρο 73 παρ. 2)

Για οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στην Ελλάδα:

- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΑΔΕ)

- Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ)
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Προθεσμία Υποβολής (άρθρο 121)

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται σε: **τουλάχιστον 15 ημέρες** από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διαχείριση υλικού gnadiaxylikou@gmail.com. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
- δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

Δημοσιότητα

Η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας:

- αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ

- δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
- αναρτάται στο iSupplies

Αποσφράγιση – Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω iSupplies από την αρμόδια Επιτροπή.

Στάδια:

A φάση

1. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
2. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
3. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών
4. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

B φάση

5. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύμβασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Εχεμύθεια

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016) η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Πληρωμή – Κρατήσεις

Πληρωμή μετά την οριστική παραλαβή. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριών και βάσης φόρτισης για τα φορητά οξύμετρα EDAN H100B της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια δύο (2) επαναφορτιζόμενων μπαταριών και μίας (1) βάσης φόρτισης για τα φορητά οξυμέτρα EDAN H100B της Παιδιατρικής Κλινικής.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο φορητού οξυμέτρου

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

A/A 2) Προμήθεια οκτώ (8) επιτοίχιων διπλών ροόμετρων οξυγόνου χωρίς υγραντήρες για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια οκτώ (8) επιτοίχιων διπλών ροόμετρων οξυγόνου πολλαπλών χρήσεων χωρίς υγραντήρες (δύο ροόμετρα των 15 lpm) και βύσμα ENV 737-6 για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής.

Αναλυτικότερα:

• Ροόμετρο (διπλό) κατάλληλο για ενηλίκους και γενική νοσοκομειακή χρήση, το οποίο να συνδέεται σε λήψεις οξυγόνου με ειδικό ταχυσύνδεσμο οξυγόνου ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου ή κενού. Για την ταυτόχρονη ανεξάρτητη εξυπηρέτηση δύο ασθενών από μία λήψη οξυγόνου, να αποτελείται από δύο ανεξάρτητα ροόμετρα οξυγόνου συνδεδεμένα σε διάταξη V, ένα ταχυσύνδεσμο και δύο υγραντήρες πολλαπλών χρήσεων •Τεμάχια 8.

Ο ταχυσύνδεσμος οξυγόνου θα πρέπει να είναι κατάλληλος για λήψεις οξυγόνου κατασκευασμένες

σύμφωνα με το πρότυπο ENV 737-6.

Τα ανωτέρω ροόμετρα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Έξοδο κοχλιωτή με σπείρωμα 9/16 για τη σύνδεση διάφορων συσκευών (υγραντήρες, ρουζούνια, κλπ).
2. Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό και όχι πλαστικό υλικό και η μετρητική διάταξη από άθραυστο διάφανο πλαστικό υλικό.
3. Να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 λίτρα ανά λεπτό με περιστροφικό διακόπτη ,φέροντα ενδείξεις on-off. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπίλια, ενώ οι ενδείξεις μέτρησης της ροής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ροόμετρου, για να μην σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς.
4. Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου να είναι σε λίτρα ανά λεπτό και η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 1 lit/min αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min.
5. Η ακρίβεια για ροές της πλήρους κλίμακας να είναι είτε $\pm 10\%$ είτε $\pm 0,5$ lit/min .Η ακρίβεια πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή.

6. Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξης, να είναι 4 bar.
7. Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο.
8. Να αναγράφονται ανεξίτηλα και όχι με αυτοκόλλητο επί του σώματος του ροόμετρου τα ακόλουθα:
 - Ο συμβολισμός (O2), ή και η λέξη OXYGEN ή ΟΞΥΓΟΝΟ.
 - Στοιχεία ιχνιλασιμότητας όπως τύπος (μοντέλο) της συσκευής, αριθμός παρτίδας χρονολογία κατασκευής
 - Μοναδικός σειριακός αριθμός.
 - Η πίεση εισόδου για την οποία είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί και έχει καλιμπραριστεί το ροόμετρο.
 - Ένδειξη για το σημείο της μπίλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή.
 - Η φράση ' 'USE NO OIL ' ' ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα Ελληνικά ή αντίστοιχος συμβολισμός.
 - Ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου.
 - Η μονάδα μέτρησης ροής l/min (λίτρα ανά λεπτό).

Πιστοποιητικά προμηθευτή

- 1) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- 2) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- 3) Να είναι κάτοχος βεβαίωσης κατά ΥΑ 1348/04 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Πιστοποιητικά κατασκευαστή

- 1) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- 2) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα καθώς και από πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης των ειδών ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ EEC /14-07-2014.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν με την οικονομική προσφορά.

A/A 3) Προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα - οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Χειρουργικής Κλινικής.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων συμβατά με τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Χειρουργικής Κλινικής.

Αναλυτικά:

Περιχειρίδα ενηλίκων LARGE 23-33cm πολλαπλών χρήσεων με συνδετικά DINACLICK · 4 τεμάχια.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο πιεσόμετρου-οξύμετρου.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 4) Προμήθεια δύο (2) δεκαπολικών καλωδίων ασθενούς για τους ΗΚΓ EDAN SE-1201 της Παθολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια δύο (2) δεκαπολικών καλωδίων ασθενούς (πλήρη - συμπεριλαμβανομένων δύο σετ από 4 μανταλάκια και δύο σετ από 6 φούσκες) για τους ηλεκτροκαρδιογράφους EDAN SE-1201 της Παθολογικής Κλινικής.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με το παραπάνω μοντέλο ηλεκτροκαρδιογράφου.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

A/A 5) Προμήθεια εξαρτημάτων για μόνιτορ GE DASH 5000 της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων συμβατά με τα μόνιτορ GE DASH 5000 της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Αναλυτικά:

- απολήξεις σετ 5-πολικές (δαγκάνες) ΗΚΓ (5 τμχ.) · 125 ευρώ/τεμάχιο.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια, αμεταχειρίιστα και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο μόνιτορ της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 6) Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Αναλυτικά θα χρειαστούν τα κάτωθι:

ΥΛΙΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΛΑΜΠΕΣ ΛΕΝΤ 1,50m ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ ΨΥΧΡΟ	100
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 18W 840 GEYER	300
ΠΡΙΖΕΣ legrand valena RJ45 ΛΕΥΚΟ	30
ΠΡΙΖΕΣ legrand valena RJ11 ΛΕΥΚΟ	30
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΕΣΤΕΡ	1
ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 230V	30
ΛΑΜΠΕΣ E27 LED ΨΥΧΡΟ 10W	50
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΑΣΠΡΕΣ	30
ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1.5 ΕΥΚΑΜΠΤΟ	100 ΜΕΤΡΑ
ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1 ΕΥΚΑΜΠΤΟ	100 ΜΕΤΡΑ
ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ0.75 ΕΥΚΑΜΠΤΟ	100 ΜΕΤΡΑ
ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1.5 ΝΥΜ	100 ΜΕΤΡΑ
ΚΑΛΩΔΙΟ UTP ΚΑΤ 5	305 ΜΕΤΡΑ
ΚΑΛΩΔΙΟ UTP ΚΑΤ 6	305 ΜΕΤΡΑ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΟΚΑ 7Χ25	500
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΟΚΑ 8Χ25	500
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΟΚΑ 10Χ25	500
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΡΟΚΑ 12Χ25	500
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ LEGRAND VALENA ΑΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ	10
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ LEGRAND VALENA Κ/Ρ ΛΕΥΚΟΣ	10
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ LEGRAND VALENA Α/Ρ ΛΕΥΚΟΣ	10
ΠΛΑΙΣΙΟ LEGRAND VALENA ΛΕΥΚΟ	30
ΡΕΛΕ ABB ES820-20N 230V	20
ΚΑΝΑΛΙ 40Χ25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	40 ΜΕΤΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ 15Χ15 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	40 ΜΕΤΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ 12Χ10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	40 ΜΕΤΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ 20Χ13 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	40 ΜΕΤΡΑ
ΦΙΣ RJ45	200
ΦΙΣ RJ11	200
ΛΑΜΠΑ 0,6cm LED ΨΥΧΡΟ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ	150 ΤΕΜ.
ΦΙΣ ΘΥΛΙΚΟ ΣΟΥΚΟ	50 ΤΕΜ.
ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΤΟ 2Χ075	100 ΜΕΤΡ

ΜΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ LEGRAND VALENA ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΥΚΟ	10 ΤΕΜ.
ΜΠΡΙΖΕΣ ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΣΟΥΚΟΥ LEGRAND ΚΩΔ. 069771	20 ΤΕΜ.

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μόνο για το σύνολό τους και όχι μεμονωμένα.

A/A 7) Προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Ουρολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων συμβατά με τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Χειρουργικής Κλινικής.

Αναλυτικά:

Περιχειρίδα ενηλίκων LARGE 23-33cm πολλαπλών χρήσεων με συνδετικά DINACLICK · 3 τεμάχια.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο πιεσόμετρου-οξύμετρου.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 8) Προμήθεια ανταλλακτικών για κλίνες νοσηλείας της Ορθοπεδικής Κλινικής.

Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις κλίνες νοσηλείας τύπου KEPA Model 6001 της Ορθοπεδικής Κλινικής. Συγκεκριμένα είναι απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω:

- Πλαστικό τρίγωνο συγκράτησης για αναρτήρα έλξης · 6 τεμάχια (28€/τεμάχιο).
- Πλαστικό κάλυμμα στρώματος, αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, βραδύκαυστο με φερμουάρ από τις 3 πλευρές του για εύκολη προσθαφαίρεση με διαστάσεις 198X88X15 cm · 8 τεμάχια (76€/τεμάχιο).
- Πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα, μεταλλικά με 4 πλαστικά άγκιστρα ανάρτησης (2 σε κάθε πλευρά) πάνω στις μετώπες κεφαλής και ποδιών των κρεβατιών · 3 ζεύγη (170€/ ζεύγος).

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ανταλλακτικών.

Τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τοποθέτηση στο ανωτέρω μοντέλο νοσοκομειακής κλίνης.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

A/A 9) Προμήθεια ενός ουδέτερου ηλεκτροδίου (γείωσης) για τη διαθερμία ALSA EXCELL 350 MCDS του Σηπτικού Χειρουργείου των ΤΕΙ.

Για την προμήθεια ενός ουδέτερου ηλεκτροδίου (γείωσης) συμβατό με τη διαθερμία ALSA EXCELL 350 MCDS του Σηπτικού Χειρουργείου των Τ.Ε.Ι.

Ηλεκτρόδιο ουδέτερο σιλικόνης με καλώδιο 4.5m (NP/GA) → 1 τεμάχιο

Το υπό προμήθεια ηλεκτρόδιο θα πρέπει να απόλυτα συμβατό και κατάλληλο για χρήση στο παραπάνω μοντέλο διαθερμίας.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

A/A 10) Προμήθεια έξι (6) επαναφορτιζόμενων μπαταριών για απινιδωτές Nihon Kohden της Καρδιολογικής Κλινικής, της Παιδιατρικής Κλινικής, της Μ+Γ Κλινικής, της Μονάδας Εμφραγμάτων και των ΤΕΠ.

Για την προμήθεια έξι (6) εργοστασιακών επαναφορτιζόμενων μπαταριών **Battery Pack, 12V, 2800mAh, nickel-metal hydride (NiMH)**, για τους παρακάτω απινιδωτές του Νοσοκομείου.

- 1) Nihon Kohden TEC 5621K με S/N: 82410 (Καρδιολογική Κλινική)
- 2) Nihon Kohden TEC 5621K με S/N: 82392 (Μ+Γ Κλινική)
- 3) Nihon Kohden TEC 5621K με S/N: 82395 (Μ+Γ Κλινική)
- 4) Nihon Kohden TEC 5621K με S/N: 82401 (Παιδιατρική Κλινική)
- 5) Nihon Kohden TEC 5621K με S/N: 82394 (ΤΕΠ)
- 6) Nihon Kohden TEC 5631K με S/N: 82454 (Μονάδα Εμφραγμάτων)

Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου απαιτείται η αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ανά δύο έτη.

Οι υπό προμήθεια μπαταρίες θα πρέπει να είναι γνήσιες και απόλυτα συμβατές με τα ανωτέρω μοντέλα απινιδωτών.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 11) Προμήθεια εξαρτήματος συμβατού με Χειρουργικές Τράπεζες OPT ASSO των Χειρουργείων για χρήση σε Ορθοπεδικές Χειρουργικές επεμβάσεις.

Για την προμήθεια του παρακάτω εξαρτήματος για χρήση σε Ορθοπεδικές Χειρουργικές Επεμβάσεις.

- Διάταξη τοποθέτησης ισχίου · 1 τεμάχιο. Η διάταξη θα πρέπει να είναι πλήρης με δύο (2) στηρίγματα λαγόνιου οστού μεταβλητού ύψους και ένα (1) στηρίγμα ιερού οστού κατευθυνόμενο και μεταβλητού ύψους. Η διάταξη τέλος θα πρέπει να διαθέτει ειδικούς σφιγκτήρες για προσαρμογή στις πλευρικές ράγες της επιφάνειας.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποιήτα και απόλυτα συμβατά με τις Χειρουργικές Τράπεζες του κατασκευαστικού οίκου OPT, Model ASSO, 30/1 των Χειρουργείων.

Απαιτείται από τον υποψήφιο ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 12) Προμήθεια ανταλλακτικών για κλίνες νοσηλείας των Κλινικών του Νοσοκομείου τύπου KEPA Model:6001.

Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις κλίνες νοσηλείας τύπου KEPA Model 6001 του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα είναι απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω:

- Πλαστικό εξάρτημα ολίσθησης ερεισινώτου τμήματος πλάτης· 10 τεμάχια (8€/τεμάχιο).

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τοποθέτηση στο ανωτέρω μοντέλο νοσοκομειακής κλίνης.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ