**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ** **Αγρίνιο 13/11/2026**
**6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
**ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : 3ο χλμ Αγρινίου – Αντιρρίου
ΠΛΗΡ. : ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΤΗΛΕΦ. : 2641361233-230
Email. : promitheies@hospital-agrinio.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
|---|---|---|
| **ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ (MANIFOLDS) 5 ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ για ασθενείς ΜΕΘ** | Πολύβρυσα έγχυσης των πέντε στροφίγγων τύπου 3-way σε σειρά, με ξεχωριστές χρωματικές ενδείξεις και αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας απολύτου κλειστού συστήματος στις εισόδους τους, κατάλληλες για χρήση 7 ημερών. Να διαθέτουν ενσωματωμένο εξάρτημα στερέωσης σε στατώ και προέκταση μήκους 200cm από πολυαιθυλένιο με διατομή αυλού 2,5*4,1 mm. Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές ενώσεις και latex. Ειδικότερα οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:α) να είναι βαλβίδες ουδέτερης παλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης, περίπου 0,05ml(να δοθούν στοιχεία). β) εντελώς διαφανείς, χωρίς μεταλλικά τμήματα με επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης γ) συμβατές με υξηλές ροές για ταχεία χορήγηση, τουλάχιστον 300ml/min δ) με ευθεία και στρωτή διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας κάνουλας προστατευμένης από σπασίματα κατά την σύνδεσή τους με άκρο Luer. | **300** |
| **3-WAY ΜΕ 2 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ασθενείς ΜΕΘ** | • 3way με δύο αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας<br>• Κατάλληλο για χρήση 7 ημερών<br>• Μέγιστης πίεσης 5 bars<br>• Να εξασφαλίζει περιστροφή 360° μετά την σύνδεση με τον φλεβοκαθετήρα.<br>• Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές ενώσεις και látex.<br>• Να είναι βαλβίδες ουδέτερης παλλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης, περίπου 0,05ml.<br>• Να είναι εντελώς διαφανείς, χωρίς μεταλλικά τμήματα, με επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης.<br>Να είναι συμβατές με υψηλές ροές, για ταχεία χορήγηση, τουλάχιστον 300ml/min | **900** |

Για το γραφείο Προμηθειών

Ροδάνθη Φραγκιαδουλάκη