ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
13-11-2026

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αγρίνιο 13/07/2026

6η ΥΠΕ
Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 15261
ΗΜ/ΝΙΑ: 13/11/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ & Β.Ι.Τ.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 3ο χιλ.Ε.Ο.Αγρινίου-Αντιρρίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωαννίδης Ευστάθιος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641 361 554

Προς: Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ενός επιπλέον Πλυντηρίου Απολύμανσης Ενδοσκοπίων για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος»

Σχετ. : α) Το αρ. πρωτ. 8960/06-07-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
β) Το αρ. πρωτ. 9162/08-07-2026 έγγραφο του Γαστρεντερολόγου Ιατρού κ. Τσολιά.
γ) Το αρ. πρωτ. 9354/13-07-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία είχε ενημερώσει με το **αρ. πρωτ. 8960/06-07-2026 (Σχετ. α)** έγγραφο ότι το πλυντήριο απολύμανσης ενδοσκοπίων του κατασκευαστικού οίκου **SOLUSCOPE-ANIOS, Model: Series 3 με S/N: 20472** το οποίο είναι εγκατεστημένο στο τμήμα των Ενδοσκοπήσεων και λειτουργεί απρόσκοπτα επί δεκατρία (13) έτη, στο προσεχές διάστημα δεν θα υποστηρίζεται με τα απαραίτητα αναλώσιμα (ειδικό απολυμαντικό υγρό).

Σύμφωνα με το **αρ. πρωτ. 9162/08-07-2026 (Σχετ. β)** έγγραφο του Ιατρού Γαστρεντερολόγου κυρίου Τσολιά λόγω του αυξημένου αριθμού ενδοσκοπήσεων καθώς και της ταυτόχρονης διενέργειας Γαστροσκόπησης και Κολονοσκόπησης σε ορισμένους ασθενείς, προκύπτει η ανάγκη για ταυτόχρονη απολύμανση δύο ενδοσκοπίων.

Υπενθυμίζουμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία με το αρ. πρωτ. **9354/13-07-2026 (Σχετ. γ)** είχε εισηγηθεί τη ανάγκη προμήθειας ενός πλυντηρίου απολύμανσης ενδοσκοπίων καθώς και ενός Video Κολονοσκοπίου Υψηλής Ανάλυσης Full HD Endoscopy.

Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη **20.000,00 € + Φ.Π.Α.** για την προμήθεια **ενός ακόμη** Πλυντηρίου Απολύμανσης Ενδοσκοπίων για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος με τα εξής χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

Πλυντήριο κατάλληλο για χρήση με όλους τους τύπους των ενδοσκοπίων με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να παρέχει δυνατότητα απολύμανσης τόσο της εξωτερικής επιφάνειας των ενδοσκοπίων όσο και των καναλιών βιοψίας νερού και αέρα με πλήρη εμβάπτιση του ενδοσκοπίου σε θερμοκρασία έως και 40°C.
2. Να δύναται να απολυμαίνει τα ενδοσκόπια όλων των εταιρειών, με τη χρήση κατάλληλων συνδετικών. Η δυνατότητα αυτή να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή. Να παραδοθεί με ένα σετ συνδετικών για την προσαρμογή των ενδοσκοπίου στο πλυντήριο.
3. Το προσφερόμενο πλυντήριο-απολυμαντής θα πρέπει να είναι συμβατό με χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά με χημική σύνθεση υπεροξεικό υγρό ,κατά επιλογή του νοσοκομείου.
4. Το σύστημα να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο.

5. Να διαθέτει ενσωματωμένο computer με όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα.
6. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας το οποίο να ελέγχει αυτόματα το επίπεδο του νερού στον κάδο του απολυμαντή, και έλεγχο της εγκεκριμένης δόσης του απολυμαντικού και ενζυματικού υγρού που απαιτείται για την ορθή απολύμανση.
7. Να διαθέτει συστήματα ασφαλείας για την διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση υπερβολικής θερμοκρασίας νερού.
8. Να πραγματοποιεί ηλεκτρονικό έλεγχο κλειδώματος της πόρτας κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
9. Να πληροί απαραίτητα τις οδηγίες του προτύπου EN 15883-1 και 15883-4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την πιστοποίηση και τους απαραίτητους ελέγχους των αυτόματων απολυμαντών ενδοσκοπίων.
10. Το πάνελ χειρισμού να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen) η οποία εξασφαλίζει την μη συσσώρευση ξένων σωμάτων και την αποφυγή διάδοσης μολυσμένου υλικού.
11. Όλες του οι ρυθμίσεις να γίνονται από την ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen) στην οποία να εμφανίζονται μηνύματα της λειτουργίας του πλυντηρίου καθώς και της προόδου της απολύμανσης.
12. Να διαθέτει κύκλο λειτουργίας για την επεξεργασία ενός ενδοσκοπίου ο οποίος να περιλαμβάνει τα στάδια ελέγχου στεγανότητας, πρόπλυσης, καθαρισμού, απολύμανσης και στεγνώματός του μέσω διοχέτευσης αέρα στα κανάλια του ενδοσκοπίου, σε χρόνο 25-30 λεπτών για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ενδοσκοπικών περιστατικών του τμήματος.
13. Να διαθέτει ανεξάρτητο κύκλο στεγνώματος του ενδοσκοπίου με παροχή αέρα για τα κανάλια (εσωτερικά) μέσω αντιβακτηριδιακού φίλτρου αέρα HEPA (H13) 0,2μm έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μη επιμόλυνση των ενδοσκοπίων από την συγκράτηση του νερού στο ενδοσκόπιο κατά την αποθήκευση του.
14. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα απολύμανσης του νερού που χρησιμοποιείται (bacteria free) σε όλα τα στάδια επεξεργασίας καθώς και στο τελευταίο στάδιο ξεπλύματος, και πιστοποιημένη εξασφάλιση της υψηλού βαθμού απολύμανσης. Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος εξασφάλισης της απολύμανσης του νερού καθώς και της ποιότητας πλύσης.
15. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή ο οποίος να εκτυπώνει όλες τις σημαντικές παραμέτρους του κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του χρήστη, του ενδοσκοπίου, του ασθενή, του χρόνου λειτουργείας καθώς και της ολοκλήρωσης του κύκλου. Επιπλέον να εκτυπώνει οποιοδήποτε μήνυμα λάθους.
16. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης των προς απολύμανση ενδοσκοπίων barcode reader, έτσι ώστε το πλυντήριο να προσαρμόζει τις παραμέτρους του κύκλου απολύμανσης ανάλογα με τον τύπο του ενδοσκοπίου.
17. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης κύκλου μόνο απολύμανσης του ενδοσκοπίου στην αρχή της ημέρας μετά από την αποθήκευση του ενδοσκοπίου σε συμβατό σύστημα αποθήκευσης ενδοσκοπίων, χωρίς την χρήση καθαριστικού διαλύματος για την διασφάλιση του ασθενούς.
18. Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί κύκλο αυτό-απολύμανσης για την ασφάλεια του συστήματος, ο οποίος να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημέρας.
19. Να διαθέτει διαδικασία συλλογής υγρού (sampling), για την πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του πλυντηρίου.

Πιθανή Δαπάνη → 20.000 ευρώ + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στον φάκελο της τεχνικής – οικονομικής προσφοράς, επί ποινής αποκλεισμού:

1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο να βεβαιώνονται όλες οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα εμπορικά φυλλάδια και τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση επί ποινή αποκλεισμού.
2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 45001, ISO 13485 (Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και Δεδομένων – Data security). Επιπλέον, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.

οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

3. Ο προσφερόμενο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει CE Mark και να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
6. Με την τοποθέτηση των μηχανημάτων θα πρέπει να γίνει πλήρης εγκατάσταση, ρύθμιση παραμέτρων, επίδειξη καθώς και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός με τα ήδη υπάρχοντα συνδετικά ενδοσκοπίων (Fujinon – Fujifilm) καθώς και τα εγκατεστημένα πρόφιλτρα και φίλτρα νερού του τμήματος προκειμένου να μην απαιτηθεί πρόσθετη προμήθεια παρελκόμενου εξοπλισμού ή τροποποίηση της υφιστάμενης εγκατάστασης τα οποία θα συνιστούσαν αύξηση της απαιτούμενης δαπάνης.

Επισυνάπτονται τα ανωτέρω σχετικά και παρακαλούμε **άμεσα** για την λήψη σχετικής απόφασης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ & Β.Ι.Τ.

Υ.Υ. – 6η Υ.Π.Ε.
Γ. ΝΟΣ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜ. & ΒΙΤ

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.17
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 46ης ΤΗΣ 13-11-2026

Παρόντες:

1. κ. Σερασκέρης Μιχαήλ, Διοικητής στο ενιαίο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. κ. Φιλιππoπούλου Ελένη – Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας με αρμοδιότητα στην Α.Ο.Μ. «Μεσολόγγι ¨Χατζηκώστα¨» ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. κ. Βασιλόπουλος Απόστολος Ιατρός - Τακτικό μέλος.
4. κ. Κοσμά Ελένη Οικονομολόγος - Τακτικό μέλος
5. κ. Πανάς Επαμεινώνδας Συνταξιούχος - Τακτικό Μέλος.
6. κ. Κοντογιάννης Γεώργιος Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας - Τακτικό Μέλος.
7. κ. Κανελλόπουλος Θεόδωρος Συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικής ο οποίος υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΑΓΡΙΝΙΟ» Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας - Τακτικό Μέλος.
8. κ. Μπαρέ Ελπίδα - Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στην ΟΜΕ «ΑΓΡΙΝΙΟ» - Αναπληρωματικό Μέλος.
9. κ. Ντάσκαρη-Γερασιμίδη Ειρήνη - υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Χημικών με βαθμό Α’ η οποία υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΑΓΡΙΝΙΟ», εκπρόσωπος των εργαζομένων- πλην ιατρών - Τακτικό Μέλος.
10. κ. Παπαθανάσης Παντελής, ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος Τακτικό Μέλος – εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου

Απόντες

1. κ. Αραβανής Γεράσιμος Επιμελητής Α’ Παθολογίας ο οποίος υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΑΓΡΙΝΙΟ» ως τακτικό μέλος- εκπρόσωπος των ιατρών.

Γραμματέας κ. Αχιλιά Παναγιώτα, ΤΕ Λογιστικού

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος.

ΘΕΜΑ 6ο: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη προφορική εισήγηση της Διοικητικής Υπηρεσίας με την οποία εισήγαγε το υπ’ αριθμ. 15264/13-11-2026 έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος του Γ.Ν. Αγρινίου το οποίο έχει ως εξής:

΄Εχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» δηλαδή τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 2 και το άρθρο 3 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
8. Την με αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 33846/29.07.2025 (ΦΕΚ 987/ΥΟΔΔ/05.08.2025, ΑΔΑ:ΨΒΡΝ465ΦΥΟ-ΟΥΠ) απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Λήξη της θητείας του προσωρινού Διοικητή του Γ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ ΜΙΧΑΗΛ και εκ νέου διορισμός».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.5302/2026 (ΦΕΚ 78/τ.Α'/20.05.2026), «Επαναφορά διοικητικής & περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Αναδιάταξη νοσοκομειακού χάρτη Δυτικής Αττικής – Προσθήκη παρ. 4α & 4β στο άρθρο 33 του ν. 5194/2025».

Σας διαβιβάζουμε το παρακάτω αήτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει αξιολογηθεί και ελεγχθεί από την επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για αιτήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας & Β.Ι.Τ. βάσει του από 13/11/2026 πρακτικού τα οποία έχουν ως εξής:

ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
15261	13/11/2026	Προμήθεια ενός επιπλέον Πλυντηρίου Απολύμανσης Ενδοσκοπίων για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος	1	20.000,00 €	24%	24.800,00 €	7131ΑΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

Πλυντήριο κατάλληλο για χρήση με όλους τους τύπους των ενδοσκοπίων με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να παρέχει δυνατότητα απολύμανσης τόσο της εξωτερικής επιφάνειας των ενδοσκοπίων όσο και των καναλιών βιοψίας νερού και αέρα με πλήρη εμβάπτιση του ενδοσκοπίου σε θερμοκρασία έως και 40°C.
2. Να δύναται να απολυμαίνει τα ενδοσκόπια όλων των εταιρειών, με τη χρήση κατάλληλων συνδετικών. Η δυνατότητα αυτή να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή. Να παραδοθεί με ένα σετ συνδετικών για την προσαρμογή των ενδοσκοπίου στο πλυντήριο.
3. Το προσφερόμενο πλυντήριο-απολυμαντής θα πρέπει να είναι συμβατό με χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά με χημική σύνθεση υπεροξεικό υγρό ,κατά επιλογή του νοσοκομείου.
4. Το σύστημα να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο.
5. Να διαθέτει ενσωματωμένο computer με όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα.
6. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας το οποίο να ελέγχει αυτόματα το επίπεδο του νερού στον κάδο του απολυμαντή, και έλεγχο της εγκεκριμένης δόσης του απολυμαντικού και ενζυματικού υγρού που απαιτείται για την ορθή απολύμανση.
7. Να διαθέτει συστήματα ασφαλείας για την διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση υπερβολικής θερμοκρασίας νερού.
8. Να πραγματοποιεί ηλεκτρονικό έλεγχο κλειδώματος της πόρτας κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
9. Να πληροί απαραίτητα τις οδηγίες του προτύπου ΕΝ 15883-1 και 15883-4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την πιστοποίηση και τους απαραίτητους ελέγχους των αυτόματων απολυμαντών ενδοσκοπίων.
10. Το πάνελ χειρισμού να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen) η οποία εξασφαλίζει την μη συσσώρευση ξένων σωμάτων και την αποφυγή διάδοσης μολυσμένου υλικού.
11. Όλες του οι ρυθμίσεις να γίνονται από την ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen) στην οποία να εμφανίζονται μηνύματα της λειτουργίας του πλυντηρίου καθώς και της προόδου της απολύμανσης.
12. Να διαθέτει κύκλο λειτουργίας για την επεξεργασία ενός ενδοσκοπίου ο οποίος να περιλαμβάνει τα στάδια ελέγχου στεγανότητας, πρόπλυσης, καθαρισμού, απολύμανσης και στεγνώματός του μέσω διοχέτευσης αέρα στα κανάλια του ενδοσκοπίου, σε χρόνο 25-30 λεπτών για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των ενδοσκοπικών περιστατικών του τμήματος.
13. Να διαθέτει ανεξάρτητο κύκλο στεγνώματος του ενδοσκοπίου με παροχή αέρα για τα κανάλια (εσωτερικά) μέσω αντιβακτηριδιακού φίλτρου αέρα HEPA (H13) 0,2μm έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μη επιμόλυνση των ενδοσκοπίων από την συγκράτηση του νερού στο ενδοσκόπιο κατά την αποθήκευση του.
14. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα απολύμανσης του νερού που χρησιμοποιείται (bacteria free) σε όλα τα στάδια επεξεργασίας καθώς και στο τελευταίο στάδιο ξεπλύματος, και πιστοποιημένη εξασφάλιση της υψηλού βαθμού απολύμανσης. Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος εξασφάλισης της απολύμανσης του νερού καθώς και της ποιότητας πλύσης.

15. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή ο οποίος να εκτυπώνει όλες τις σημαντικές παραμέτρους του κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του χρήστη, του ενδοσκοπίου, του ασθενή, του χρόνου λειτουργείας καθώς και της ολοκλήρωσης του κύκλου. Επιπλέον να εκτυπώνει οποιοδήποτε μήνυμα λάθους.
16. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης των προς απολύμανση ενδοσκοπίων barcode reader, έτσι ώστε το πλυντήριο να προσαρμόζει τις παραμέτρους του κύκλου απολύμανσης ανάλογα με τον τύπο του ενδοσκοπίου.
17. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης κύκλου μόνο απολύμανσης του ενδοσκοπίου στην αρχή της ημέρας μετά από την αποθήκευση του ενδοσκοπίου σε συμβατό σύστημα αποθήκευσης ενδοσκοπίων, χωρίς την χρήση καθαριστικού διαλύματος για την διασφάλιση του ασθενούς.
18. Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί κύκλο αυτό-απολύμανσης για την ασφάλεια του συστήματος, ο οποίος να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημέρας.
19. Να διαθέτει διαδικασία συλλογής υγρού (sampling), για την πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του πλυντηρίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στον φάκελο της τεχνικής – οικονομικής προσφοράς, επί ποινής αποκλεισμού:

1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο να βεβαιώνονται όλες οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα εμπορικά φυλλάδια και τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση επί ποινή αποκλεισμού.

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 45001, ISO 13485 (Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και Δεδομένων – Data security). Επιπλέον, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

3. Ο προσφερόμενο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει CE Mark και να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.

6. Με την τοποθέτηση των μηχανημάτων θα πρέπει να γίνει πλήρης εγκατάσταση, ρύθμιση παραμέτρων, επίδειξη καθώς και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός με τα ήδη υπάρχοντα συνδετικά ενδοσκοπίων (Fujinon – Fujifilm) καθώς και τα εγκατεστημένα πρόφιλτρα και φίλτρα νερού του τμήματος προκειμένου να μην απαιτηθεί πρόσθετη προμήθεια παρελκόμενου εξοπλισμού ή τροποποίηση της υφιστάμενης εγκατάστασης τα οποία θα συνιστούσαν αύξηση της απαιτούμενης δαπάνης.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε, όπως αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και χρηματοδότησης για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ενός ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπ. ΦΠΑ με διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, Άρθρο 27 ν. 4412/2016 (προθεσμίες του άρθρου 121) εξουσιοδοτώντας τον Διοικητή του Νοσοκομείου για την υπογραφή της.

και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την έγκριση σκοπιμότητας και χρηματοδότησης για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ενός ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπ. ΦΠΑ με διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, Άρθρο 27 ν. 4412/2016 (προθεσμίες του άρθρου 121) εξουσιοδοτώντας τον Διοικητή του Νοσοκομείου για την υπογραφή της, ως έχει η εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Γ.Ν. Αγρινίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ 46ης / 13-11-2026 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ

ΑΓΡΙΝΙΟ 16-11-2026

Η Γραμματέας
Αχιλιά Παναγιώτα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μιχαήλ Σερασκέρης